



tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Katowice, dnia 02.11.2015 r.

ZP/4083/15

Uczestnicy postępowania
przetargowego
w s z y s c y

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbięciu na pakiety.

W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:

Pyt. 1 Pakiet XII poz. 9

Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganych ilości żelu do EKG oraz ilości żelu do USG

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 Wzór umowy §7 pkt. 2,3

Prosimy o wydłużenie terminu uzupełnienia braków i wymianę towaru na wolny od wad do 5-7 dni. Termin 2 dni jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna).

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 3 Wzór umowy § 8 ust 1a , 1b

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru do części niedostarczonej partii towaru zamiast kwoty 50 zł dziennie tj. w § 8 ust. 1a i 1b projektu umowy zamiast zwrotu „50 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” wpisanie zwrotu: „ 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy” oraz zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany

Wskazanie 50 zł kary za dzień opóźnienia z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy karą 50 zł dziennie (przy wysokości faktur ok 100-200 zł patrząc historycznie) w przypadku zwłoki w dostawie jedynie części umowy (partii towaru) jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488 § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 4 Wzór umowy § 8 ust 1c

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości 15.000 zł przekraczającej znacząco wartość pakietu, w którym chcemy złożyć ofertę, tj. w § 8 ust. 1c projektu umowy zamiast zwrotu „15 000,00 zł” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 15000,00 zł kary za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

Odp.: Zamawiający, informuje, że zapis § 8 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: „za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – kara umowna w wysokości 10% wartości brutto umowy, tj.: _____ zł. .

Pyt. 5 Wzór umowy §9 ust. 1a)

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów czy w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.



Pyt. 6 Pakiet XXII:

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka w opisie dla poz. 4-6 gdyż na rynku dostępne są nici powlekane albo poliglikonatem albo stearynianem wapnia, czy zamiast „i” nie powinno być „lub” ? Alternatywnie prosimy o dopuszczenie nici powlekanych poliglikonatem.

Odp.: W związku z omyłką pisarską Zamawiający zmienia ww. zapis na prawidłowy.

Pyt. 7 Pakiet XXII :

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka w opisie dla poz. 9 gdyż na rynku dostępne są taśmy o długości 60 cm z igłą tępą 45, 65 lub 85 mm ?

Odp.: W związku z omyłką pisarską Zamawiający zmienia ww. zapis na prawidłowy.

Pyt. 8 dotyczy pakietu nr 7, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cewników wykonanych z lateksu o długości 35cm z 2 otworami bocznymi ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 9 dotyczy pakietu nr 10, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cewników wykonanych z lateksu ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 10 Dotyczy pakietu 20 poz. 1,2,4,6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z podwójnym zabezpieczeniem przed wysunięciem się tłoka ?

Odp.: Zamawiający informuje, że w poz. 1, 2 i 4 wymaga zaoferowania strzykawek z podwójnym lub pojedynczym zabezpieczeniem przed wysunięciem się tłoka, natomiast w poz. 6 wymagane jest zaoferowanie strzykawek z podwójnym zabezpieczeniem przed wysunięciem się tłoka.

Pyt. 11 Dotyczy pakietu 20 poz. 1,2,4,6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z informacją o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym (pojedyncza sztuka)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych strzykawek, ale nie wymaga.

Pyt. 12 Dotyczy pakietu 20 poz. 1,2,4,6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie strzykawki z nazwą producenta na cylindrze?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych strzykawek, ale nie wymaga.

Pyt. 13 Dotyczy pakietu 20 poz. 1,2,4,6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych strzykawek, ale nie wymaga.

Pyt. 14 dotyczy pakietu nr 20, poz. 24

Czy Zamawiający określając długość komory kroplowej miał na myśli jej część przezroczystą ?

Odp.: Tak.

Pyt. 15 dotyczy pakietu nr 20, poz. 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul produkcji Vygon o poniższym opisie ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie w/w pozycji z pakietu.

Kaniula z cewnikiem z PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) i zastawką antyzwrotną silikonową . Wklucie z dodatkowym portem iniekcyjnym – zabezpieczonym obrotowym - samo domykającym się koreczkiem z oznaczeniem Logo producenta kaniuli na korpusie , koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów.. Cewnik kontrastujący w RTG , cienkościenny o gładkiej powierzchni oraz gładkich – wyprofilowanych krawędziach – dopasowujący się szczelnie do mandrynu (atraumatyczne i płynne przejście przez skórę i ścianę naczynia krwionośnego) oraz dopasowujący się do naczynia pod wpływem temperatury. Wklucie pakowane w sztywny –szczelny blister – pack dokładnie





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

dopasowany do kształtu wkłucia (mała objętość opakowania), na opakowaniu informacje o materiale z jakiego wykonana jest kaniula, informacja o braku zawartości LATEXU, data ważności, wszystkie parametry kaniuli: rozmiar, średnica. zew., długość kaniuli, przepływ, oraz piktogram wskazujący miejsce otwarcia.)

Rozmiar:

22G (0,9), dł. - 25mm, przepływ: 36ml/min.

20G (1,1), dł. - 32mm, przepływ: 60ml/min.

18G (1,3), dł. - 45mm, przepływ: 90ml/min.

17G (1,5), dł. - 45mm, przepływ: 140ml/min.

16G (1,7), dł. - 45mm, przepływ: 180ml/min.

14G (2,1), dł. - 45mm, przepływ: 240ml/min.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 16 dotyczy pakietu nr 20, poz. 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul produkcji Vygon o poniższym opisie? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie w/w pozycji z pakietu.

Kaniula z cewnikiem z PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) i zastawką antyzwrotną silikonową. Wkładzie z dodatkowym portem iniekcyjnym – zabezpieczonym obrotowym - samo domykającym się koreczkiem z oznaczeniem z Logo producenta kaniul na korpusie, w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Cewnik widoczny – kontrastujący w RTG, cienkościenny o gładkiej powierzchni oraz gładkich wyprofilowanych krawędziach – dopasowujący się szczelnie do mandrynu (zapewnia atraumatyczne i płynne przejście przez skórę i ścianę naczynia) oraz dopasowujący się do naczynia pod wpływem temperatury. System zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi z kolorowym oznaczeniem wg standardów ISO, plastikowo- metalowy, nie zmieniająca techniki założenia. Wkładzie pakowane w sztywny –szczelny blister – pack dokładnie dopasowany do kształtu wkłucia (mała objętość opakowania) na opakowaniu informacje o materiale z jakiego wykonana jest kaniula, informacja o braku zawartości LATEXU, data ważności, wszystkie parametry kaniuli: rozmiar, średnica. zew., długość kaniuli, przepływ, oraz piktogram wskazujący miejsce otwarcia.)

Rozmiar:

22G (0,9), dł. 25mm, przepływ: 36ml/min

20G (1,1), dł. 32mm, przepływ: 60ml/min

18G (1,3), dł. 45mm, przepływ: 90ml/min

17G (1,5), dł. 45mm, przepływ: 125ml/min

16G (1,7), dł. 45mm, przepływ: 180ml/min

14G (2,1), dł. 45mm, przepływ: 270ml/min

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 17 dotyczy pakietu nr 20, poz. 27, 28

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia do oferty opublikowanych badań klinicznych?





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 18 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedyicznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 19 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 20 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 21 dotyczy SIWZ

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 22 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 23 pakiet IX

W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej glukometru będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, informujemy że paski danej marki są kompatybilne wyłącznie z glukometrami tej samej marki, wobec czego taki opis faworyzowałby wybranego producenta i ograniczał konkurencję asortymentowo cenową, do wyrobów konkretnego wytwórcy, nadając mu wyłączność na kształtowanie ceny oferty, samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych. Czy Zamawiający kierując się dyscypliną finansów publicznych i postępując zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29 Ustawy) dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego – tj. nieodpłatnego użyczenia, dzierżawy lub wliczenia w cenę pasków) charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu we krwi; d) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s; f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdującej się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

opuszek palców, a także krwi żyłnej i tętniczej; g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach (normalnym i wysokim); h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie zawiera 2 fiolki x 25 pasków); i) zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie;

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pasków do glukometrów, a nie dostawa glukometrów wraz z paskami. Zamawiający informuje również, że posiada glukometry iXell i nie zamierza ich w tej chwili wymieniać. Dostawa pasków do glukometrów iXell możliwa jest przez wielu Wykonawców, którzy posiadają je w swojej ofercie. Zamawiający wymaga zaoferowania pasków kompatybilnych z posiadanymi glukometrami.

Pyt. 24 pakiet IX

Czy Zamawiający dopuści paski testowe z możliwością podawania wyników liczbowych pomiaru w wąskim zakresie 20-500mg/dl lub 20-525mg/dl – ze względu na swój błąd pomiarowy takie paski mogą nie wskazać żadnego wyniku już przy stężeniu glukozy od 450 mg/dl w górę?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 25 pakiet IX

Czy Zamawiający wymaga aby oferentem była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni bezzwłoczny transport i dostarczanie towaru w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pyt. 26 pakiet IX

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych z zakresem hematokrytu 20-60%, standardowym dla nowszych modeli pasków?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 27 pakiet IX

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z funkcją automatycznego wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku – taka funkcja istotnie obniża możliwość kontaktu personelu z materiałem biologicznym pacjenta?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 28 pakiet IX

Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z instrukcjami maksymalny błąd pomiarowy pasków testowych nie przekraczał ± 15 mg/dl dla stężeń glukozy < 100 mg/dl i $\pm 15\%$ dla stężeń glukozy > 100 mg/dl, zgodnie z zaleceniami klinicznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 29 pakiet IX

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były zgodnie z instrukcjami przeznaczone do wykonywania pomiarów we krwi żyłnej i kapilarnej?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 30 pakiet IX

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometrów, wymagających sprawdzania poprawności uzyskania wyników za pomocą płynu kontrolnego za każdym razem gdy wynik testu poziomu glukozy jest wyższy lub niższy od normalnego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 31 pakiet IX

Czy Zamawiający dopuści paski testowe bez automatycznego odrzucania możliwości wykonania pomiaru w chwili, w której próbka krwi pobrana przez pasek jest zbyt mała? Niezależne badania pokazują, że





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

wykonanie pomiaru z wykorzystaniem zbyt małej próbki krwi przez paski testowe do glukometrów skutkuje uzyskaniem zafałszowanego wyniku.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 32 pakiet IX

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z sygnalizacją pobrania zbyt małej próbki krwi za pomocą specjalnego komunikatu na wyświetlaczu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 33 pakiet IX

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych kodowanych za pomocą chipa lub klucza kodującego? Kodowanie wydłuża pracę i może być źródłem błędów wynikających z wprowadzenia lub wybrania nieprawidłowego kodu dla danej serii pasków.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 34 pakiet IX

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych zapakowanych indywidualnie? Konieczność odpakowywania każdego paska z osobna wydłuży i utrudni pracę personelu Zamawiającego, wykonującego rutynowo pomiary glikemii u wielu pacjentów w tym samym czasie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 35 pakiet IX

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych z enzymem interferującym z tlenem?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 36 pakiet IX

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków do siedziby Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pyt. 37 pakiet IX

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych, w których zgodnie z instrukcją obsługi glukometru mogą potencjalnie wystąpić problemy z napełnieniem paska testowego krwią?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 38 Pakiet Nr XIII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, w związku z czym zmianie ulega formularz ofertowy.

Pyt. 39 Czy zamawiający w pakiecie XIII dopuści nakłuwacz jednorazowy o głębokości nakłucia 1,5 mm i średnicy ostrza 28G, który zapewni uzyskanie z palca wystarczającej objętości krwi potrzebnej do wykonania różnego rodzaju badań?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 40 Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający w sposób dyskryminujący opisał przedmiot zamówienia w pakiecie nr 9 wskazując na konkretną markę pasków do glukometrów, a pomijając minimalne wymagania dające obraz realnych oczekiwań co do oferowanego produktu a mianowicie: iXell – wytwarzanych przez firmę Genexo. Opisanie przedmiotu zamówienia przy użyciu nazw własnych i znaków towarowych nie dopuszczając rozwiązań równoważnych jest czynnością niezgodną z art. 29 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy traktować jako naruszenie w/w art., godzące w zasadę uczciwej konkurencji oraz równoważnego traktowania wykonawców. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje się, że dyskryminacja bezpośrednia przejawia się gdy zamawiający używa do opisu oznaczeń konkretnego producenta lub produktu.



W związku z powyższym proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 9 produktu równoważnego posiadającego takie same właściwości funkcjonalne jak te, które zostały określone w SIWZ. Jednocześnie zobowiązujemy się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczymy Zamawiającemu wymaganą ilość glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami, spełniających następujące parametry: autokodowanie, kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany enzym GOD, możliwość alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię, standard ISO 15197:2013, o dokładności 95% indywidualnych wyników glukozy w zakresie ± 15 mg/dl przy stężeniu glukozy ≤ 100 mg/dl i $\pm 15\%$ przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/dl, temperatura przechowywania pasków 4-30°C, temperatura wykonania pomiaru 10-40°C, ostrzeżenie ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wyników 20-600 mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, kalibracja do osocza krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund, brak kontaktu krwi z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pamięć 500 pomiarów, bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii typu AAA, opakowania pasków po 50 szt., stabilność po otwarciu opakowania wynosząca 3 miesiące.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pasków do glukometrów, a nie dostawa glukometrów wraz z paskami. Zamawiający informuje również, że posiada glukometry iXell i nie zamierza ich w tej chwili wymieniać. Dostawa pasków do glukometrów iXell możliwa jest przez wielu Wykonawców, którzy posiadają je w swojej ofercie. Zamawiający wymaga zaoferowania pasków kompatybilnych z posiadanymi glukometrami.

Pyt. 41 czy zamawiający w pakiecie XX pozycji 22 dopuści Przyrząd do pobierania leków z filtrem antybakteryjnym 0,45 μ m z nieruchomą osłoną otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką, logo producenta na opakowaniu jednostkowym

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 42 czy zamawiający dopuści w pakiecie nr XX pozycji 28 Kaniula od 0,9 do 2,1 wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, z samo domykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi, z wtopionymi na całej długości kaniuli paskami rtg. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości.

W rozmiarach:

0,9 x 25 mm o przepływie: 36 ml/min

1,1 x 32 mm o przepływie: 60 ml/min

1,3 x 45 mm o przepływie: 90 ml/min

1,5 x 45 mm o przepływie: 125 ml/min

1,7 x 45 mm o przepływie: 180 ml/min

2,1 x 45 mm o przepływie: 270 ml/min

Uzasadnienie: dopuszczenie w/w sprzętu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej, a przede wszystkim jakościowej. Zastawkę w przyrządach do pobierania posiada tylko jedna firma i uniemożliwia to złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej z wysokiej jakości sprzętem medycznym

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 43 Czy w § 3 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę i dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.



Pyt. 44 W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 45 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek zamówienia cyklicznego – kara umowna w wysokości 50 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia 4 po dniu złożenia danego zamówienia cyklicznego, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
- b) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek reklamacji złożonej na podstawie umowy – kara umowna w wysokości 50 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia 3 po dniu złożenia danej reklamacji, lecz nie więcej niż 1.000,00 zł. przy jednej reklamacji.
- c) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – kara umowna w wysokości 10.000,00 zł.

Odp.: Zamawiający, informuje, że zapis § 8 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: „za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – kara umowna w wysokości 10% wartości brutto umowy, tj.: _____ zł, natomiast w pozostałym zakresie, tj. § 8 ust. 1 lit. a) i lit. b), podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 46 Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 1 do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 47 Pakiet nr VII, pozycja 8

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 8 do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 48 Pakiet nr VIII, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu raz z perforacją krzyżową o długości 14cm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 49 Pakiet nr VIII, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania pola operacyjnego o śr. 4,45/6,50mm(wew./zew.) w opakowaniu papier-folia?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 50 Pakiet nr VIII, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania pola operacyjnego ze zdejmowalną osłoną chroniącą delikatne narzędzia o śr. 3,8/7,59/11,85mm (wew./zew.) w opakowaniu papier-folia?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 51 Pakiet nr VIII, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka zapakowany wewnętrznie w torebkę foliową i papier-folia, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 52 Pakiet nr XI, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a'75szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy w SIWZ dopuszczają taką możliwość.

Pyt. 53 Pakiet nr XI, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z zadania XI i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 54 Pakiet nr XII, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG 56mmx42mm z nacięciem prostym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 55 Pytania do umowy:

§8 ust. 1a:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 50 zł na 1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 56 Pytania do umowy:

§8 ust. 1a-b:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie wyrażenia „dzień opóźnienia” na „dzień zwłoki”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 57 Pytania do umowy:

§8 ust. 1b:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 50 zł na 1% wartości reklamowanego asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 58 Pytania do umowy:

§8 ust. 1c:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej za wypowiedzenie umowy z 15 000,00 zł na 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp.: Zamawiający, informuje, że zapis § 8 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: „za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – kara umowna w wysokości 10% wartości brutto umowy, tj.: _____ zł.

Pyt. 59 Pytania do SIWZ:

Pakiet nr VII, poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji ? Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 60 Pytania do SIWZ:

Pakiet nr VIII, poz. 9:

Czy Zamawiający miał na myśli łączniki do drenów Y o średnicach zakończeń 7mm, 9mm i 11mm?

Odp.: Tak.

Pyt. 61 Pytania do SIWZ:

Pakiet nr X, poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji ? Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 62 Pytania do SIWZ:

Pakiet nr XIII, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego rodzaju nakłuwaczy w rozmiarze 1,8mm (igła 21G) spełniający pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp.: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania nakłuwaczy o parametrach podanych w opisie przedmiotu zamówienia (proponowany przez Wykonawcę rozmiar nakłuwacza mieści się w wymaganym w SIWZ zakresie rozmiarów). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę nakłuwaczy w kilku rozmiarach mieszczących się w wymaganym zakresie rozmiarów, Zamawiający będzie miał prawo wyboru rozmiaru zamawianych nakłuwaczy.

Pyt. 63 Pytania do SIWZ:

Pakiet nr XX, poz. 1-2, 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek o pojedynczym zabezpieczeniu przed wypadnięciem tłoka, spełniających pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych strzykawek.

Pyt. 64 Pytania do SIWZ:

Pakiet nr XX, poz. 3, 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek o foliowym mankiecie wyraźnie odznaczonym od części papierowej, bez przetłoczenia, pozwalającym na łatwe otwieranie opakowania, spełniających pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych strzykawek.

Pyt. 65 Pytania do SIWZ:

SIWZ rozdział IX 2.11 b:

Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga karty katalogowej dla pakietu XX poz. 17 zamiast poz. 15?

Odp.: W związku z omyłką pisarską pkt 2.11 lit. b) w Rozdz. IX SIWZ otrzymuje brzmienie: „*karta katalogowa wyrobu zawierająca zapis potwierdzający brak zawartości PCV – dotyczy Pakietu XX poz. 9 i poz. 17*”

Pyt. 66 Pytania do SIWZ:

Pakiet nr XX, poz. 27-28:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji? Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 67 Pakiet 20 poz.1, poz.2, poz.4, poz.6, poz.7, poz.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu w/w asortymentu pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu na pozyskaniu korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 68 Pakiet 20 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji strzykawki pakowane po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 69 Pakiet 20, poz. 23, poz.24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu w/w asortymentu pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu na pozyskaniu korzystnych ofert

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 70 Pakiet 20 poz. 23, poz. 24





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycjach przyrządów do infuzji i transfuzji z logo producenta na zaciskaczu w celu bezpośredniej identyfikacji wyrobu medycznego w każdym momencie wykonywanej procedury.

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania proponowanych przyrządów, ale nie wymaga.

Pyt. 71 Pakiet 20 poz.23, poz.24

Czy Zamawiający w/w pozycjach dla przyrządów do infuzji i transfuzji mając na uwadze bezpieczeństwo personelu medycznego przed zakłuciami będzie wymagał zabezpieczenie igły biorczej po użyciu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania proponowanych przyrządów, ale nie wymaga.

Pyt. 72 Dotyczy pakietu nr XX poz. 3

Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w postępowaniu przetargowym bezpiecznej trzyczęściowej strzykawki o poj. 5 ml z podłączeniem Luer-Lock, jednorazowego użytku, cylinder i tłok wykonany z polipropylenu, tłok, uszczelniony elementem wykonany z gumy medycznej bez zawartości lateksu pokrytej olejem silikonowym. Wyposażona w dodatkową sztywną zewnętrzną osłonę z systemem zabezpieczającym igłę przed przypadkowym zakłuciem po użyciu. Osłona zabezpieczająca igłę na całej jej długości po użyciu aktywowana, automatycznie bez użycia siły. Słyszalny i wyczuwalny proces zakończenia procedury – kliknięcie. Opakowanie blister folia-papier, graficzna instrukcja obsługi na opakowaniu zbiorczym. Opakowanie fabryczne `100szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania proponowanych strzykawek.

Pyt. 73 Dotyczy pakietu nr XX poz. 5

Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w postępowaniu przetargowym bezpiecznej trzyczęściowej strzykawki o poj. 10 ml z podłączeniem Luer-Lock, jednorazowego użytku, cylinder i tłok wykonany z polipropylenu, tłok, uszczelniony elementem wykonany z gumy medycznej bez zawartości lateksu pokrytej olejem silikonowym. Wyposażona w dodatkową sztywną zewnętrzną osłonę z systemem zabezpieczającym igłę przed przypadkowym zakłuciem po użyciu. Osłona zabezpieczająca igłę na całej jej długości po użyciu aktywowana, automatycznie bez użycia siły. Słyszalny i wyczuwalny proces zakończenia procedury – kliknięcie. Opakowanie blister folia-papier, graficzna instrukcja obsługi na opakowaniu zbiorczym. Opakowanie fabryczne `100szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania proponowanych strzykawek.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SIWZ w sposób określony w odpowiedziach na pytania Wykonawców.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 05.11.2015 r. na godz. 10⁰⁰. Ostateczny termin składania wadium: 05.11.2015 r. godz. 10⁰⁰, dokument, o którym mowa w Rozdz. XII pkt 3 SIWZ nie może być sporządzony później niż do dnia 05.11.2015 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2015 r. o godz. 11⁰⁰.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

mgr inż. Krzysztof Zaczek

