



tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Katowice, dnia 21.04.2017 r

ZP/1712/17

Uczestnicy postępowania
przetargowego
W s z y s c y

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych i ortopedycznych oraz siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety.

W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:

- Pyt. 1 Dot. Pakietu I, poz. 16-17
Czy Zamawiający dopuści nić niewchłanianą, syntetyczną, poliester, pleciony, powlekany silikonem ?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ..
- Pyt. 2 Dot. Pakietu I, poz. 62
Czy Zamawiający wydzieli pozycję 62 do osobnego pakietu?
Uzasadnienie: wydzielenie tej jednej pozycji umożliwi nam złożenie oferty na pozostały asortyment w tym pakiecie.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ..
- Pyt. 3 Dot. Pakietu II, poz. 1-4
Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1-4 do osobnego pakietu?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
- Pyt. 4 Dot. Pakietu II, poz. 1-2
Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe, syntetyczne, polipropylenowe, monofilamentowe, niewchłaniane, o gramaturze 70 g/m², grubości 0,56 mm i wielkości porów 1,2-1,4 mm?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ
- Pyt. 5 Dot. Pakietu II, poz. 3-4
Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe, syntetyczne, polipropylenowe, monofilamentowe, niewchłaniane, o gramaturze 55 g/m², grubości 0,36 mm i wielkości porów 1,5-1,7 mm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania siatki przepuklinowej o grubości 0,36mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
- Pyt. 6 W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką compliance [Wykonawcy – przyp. Zamawiającego] XXXX, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Odp.: Zamawiający informuje, że osoby wykonujące czynności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia to:
Kierownik Zamawiającego - Krzysztof Zaczek
oraz Komisja Przetargowa w składzie:
Włodzimierz Sieradzki - Przewodniczący
Halina Kormanik - Sekretarz
Elżbieta Kwaśna-Janasiak - członek
Ryszard Godula - członek
Krzysztof Smolarek - członek
Iwona Jęczmyk - członek





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Pyt. 7 Pakiet 2 poz. 3,4

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki o wadze 34g/m², grubości 0,35mm oraz wielkości porów 1,5mm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania siatek przepuklinowych o wadze 34g/m² i grubości 0,35mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pyt. 8 Pakiet 2, poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki o rozmiarze 8cmx13cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 9 Pakiet 2, poz. 5,6,7,8,

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki o wadze 34g/m², grubości 0,35mm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 10 Pakiet 2, poz. 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki o rozmiarze 8cmx13cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 11 Pytania dotyczące umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy (patrz: § 9 ust. 2 lit. a) wzoru umowy).

Pyt. 12 Pytania dotyczące umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 13 Pytania dotyczące umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki” w § 8 ust. 1. a) i b) oraz ust. 2. wzoru umowy?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 14 Pytania dotyczące umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 8 ust. 1 pkt. a) na naliczanie kary umownej w wysokości 0,5% wartości niewykonanej dostawy?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 15 Pytania dotyczące umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 8 ust. 1 pkt. b) na naliczanie kary umownej w wysokości 0,5% wartości reklamowanego towaru?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 16 Pytania dotyczące umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 8 ust. 1 pkt. c) na naliczanie kary umownej w wysokości 1% niezrealizowanej części umowy?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 17 Pytania dotyczące umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do wypowiedzenia umowy przysługiwało mu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Pyt. 18 Pytania dotyczące umowy:

Czy Zamawiający potwierdza, że czynność wniesienia i rozładunku nie obejmuje sprawdzania w obecności kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem? Zamawiający w umowie przewidział możliwość reklamacji, w związku z czym kontrola ilościowa i jakościowa towaru w obecności kuriera wydaje się być bezzasadna.

Odp.: Zamawiający informuje, że we wzorze umowy nie ma zapisów dotyczących sprawdzania w obecności kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SIWZ w sposób określony w odpowiedziach na pytania Wykonawców

Z poważaniem

Prezes Zarządu

mgr inż. Krzysztof Zaczek

