



tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Katowice, dnia 07.08.2014 r.

ZP/2286/14

Uczestnicy postępowania
przetargowego
w s z y s c y

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatów w rozbiciu na pakiety.

W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:

Pyt. 1 Pakiet II

Czy Zamawiający dopuści paski testowe o czułości min. 15 mg/dl dla białka i min. 50.4 mg/dl dla glukozy?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 2 Pakiet II

Czy Zamawiający dopuszcza czytnik z pamięcią 2000 badań, skoro i tak wyniki będą przesyłane i archiwizowane w laboratoryjnym systemie informatycznym o znacznie większej pojemności od wymaganej 9000 badań? Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3 Pakiet II

W celu określenia kosztów podłączenia czytnika prosimy o informację jaki laboratoryjny system informatyczny jest wdrożony u Zamawiającego i o umożliwienie kontaktu z jego administratorem.

Odp.: Zamawiający pracuje na aplikacji laboratorium INFOMEDICA firmy Asseco Poland S.A. Zamawiający może wyrazić zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej w Laboratorium szpitalnym. Zainteresowani Wykonawcy winni do dnia 11.08.2014 r. złożyć pisemny wniosek o umożliwienie dokonania ww. wizji, a Zamawiający wyznaczy jej termin.

Pyt. 4 Pakiet II

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez dwukierunkową transmisję danych: czy wystarczy aby czytnik automatycznie przysyłał wyniki do laboratoryjnego systemu informatycznego, czy czytnik ma również odbierać identyfikatory próbek przesyłane z laboratoryjnego systemu informatycznego?

Odp.: Czytnik winien automatycznie przysyłać wyniki do laboratoryjnego systemu informatycznego oraz odbierać identyfikatory próbek przesyłane z laboratoryjnego systemu informatycznego.

Pyt. 5 Pakiet II

Czy Zamawiający dopuszcza zewnętrzną kontrolę jakości pasków nie pochodzącą od producenta analizatora (np. LABQUALITY)? Jest to lepsze, bardziej obiektywne rozwiązanie, niż dwie kontrole (wewnętrzna i "zewnętrzna") pochodzące od tego samego producenta. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Nie wszystkie materiały kontrolne są dedykowane do danego typu analizatora.

Pyt. 6 Pakiet II

Czy Zamawiający dopuści paski testowe 11- parametrowe w konfekcji 150 sztuk w opakowaniu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 7 Pakiet II

Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokółowskiego 2
40 - 749 Katowice

RPWDL Woj. Śląskiego: 13544
Kod świadczeniodawcy NFZ: 121/100685
NIP: 9542745563
REGON: 276402233

KRS: 0000482155
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 16 937 000,00 zł.
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna: 14 1560 0013 2217 6960 9000 0002





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Czy Zamawiający dopuści moczu kontrolny na 2 poziomach (1 opakowanie= 6x 15 ml, w tym 3x poziom patologiczny, 3x poziom normalny)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza oraz informuje, że zgodnie z zapisem SIWZ „W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań: Wykonawca powinien przeliczać zapotrzebowaną ilość odczynników kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę biorąc pod uwagę trwałość odczynników.”

Pyt. 8 Pakiet II

Jaki schemat kontroli wewnątrz laboratoryjnej wymaga Zamawiający?

Odp.: Zgodnie z SIWZ, tj. przewidywana częstość kontroli – w pozycjach których dotyczy – codziennie na dwóch poziomach.

Pyt. 9 Pakiet II

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty papieru termicznego do wydruku wyników?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 10 Pakiet II

Czy Zamawiający dopuści aparat do odczytu pasków 11- parametrowych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 11 Pakiet II

Czy Zamawiający wymaga podłączenia systemu do sieci informatycznej ? Jeżeli tak to jaki system informatyczny posiada Zamawiający ?

Odp.: Zamawiający wymaga podłączenia systemu do sieci informatycznej. Zamawiający pracuje na aplikacji laboratorium INFOMEDICA firmy Asseco Poland S.A.

Pyt. 12 Pakiet II

Czy Zamawiający dopuści rejestrację testów paskowych przy pomocy jednorazowego kodu rejestracyjnego raz na 3000 badań oraz dodatkowego automatycznego – bez udziału użytkownika - testu optyki przy pomocy wbudowanego pola referencyjnego ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Pyt. 13 Pakiet II

Czy Zamawiający dopuści czułość analityczną dla pola białka nie gorszą niż 15 mg/dl ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Pyt. 14 Pakiet II

Czy Zamawiający dopuści pamięć wyników łącznie 10 000 (w tym 5000 badań oraz 5000 wyników kontroli jakości) ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 15 Pakiet II

Czy Zamawiający dopuści kontrole zewnętrzną i wewnętrzną od innego producenta niż paski i analizator?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Pyt. 16 Dotyczy Pakietu 6, poz. 18

Prosimy o określenie ilości zapotrzebowania przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający informuje, że ilość ta wynosi 360 ml (błąd pisarski w SIWZ)

Pyt. 17 Dotyczy Pakietu 6

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między ilością zapotrzebowania przedmiotu zamówienia na 36 miesięcy (kol. 5 tabeli) a wzorem umowy w § 1, ust. 1 umowa na 12 miesięcy.

Odp.: Zamawiający informuje, że niezgodność jest wynikiem błędu pisarskiego, prawidłowy okres trwania umowy wynosi 36 miesięcy.

Pyt. 18 Dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 1

Wnioskujemy o zmianę zapisu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na reklamację na 3 dni robocze od daty jej otrzymania





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; sposób załatwiania reklamacji został ostatecznie określony poprzez obowiązek reakcji wykonawcy (wykonanie reklamacji) do 2 dni roboczych (nie: kalendarzowych); okres ten jest zasadny z uwagi na to, że Laboratorium Zamawiającego pracuje 24h/dobę obsługując przede wszystkim oddziały szpitalne i Zamawiający nie może sobie pozwolić na wydłużanie czasu uzyskiwania zamówionych produktów, a do tego prowadziłoby wydłużenie wykonawcy czasu reakcji na jakąkolwiek reklamację (ilościową i jakościową) przy uwzględnieniu, że wykonawca ma najpierw 4 dni robocze (nie: kalendarzowe) na wykonanie (w założeniu: należyte) każdego zamówienia cyklicznego.

Pyt. 19 Dotyczy wzoru umowy § 5, ust. 1 pkt b

Wnosimy o dokonanie zapisów w projekcie umowy zobowiązujących Zamawiającego do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego

Przedstawiony zapis umowy jest niedopuszczalny. Zamawiający bowiem nie przewidział dla siebie żadnych (poza odsetkami ustawowymi) negatywnych konsekwencji w przypadku nawet bardzo długotrwałego zalegania z płatnościami, jednocześnie zastrzegając bardzo wysoką karę umowną dla Wykonawcy w przypadku odstąpienia od przedmiotowej umowy, tylko dla siebie przewidział możliwość dochodzenia kary umownej w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy. W tym wypadku Wykonawca usytuowany został na straconej pozycji, gdyż w umowie brak jest postanowienia pozwalającego Wykonawcy żądać od Zamawiającego kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie ustanawianie przez Zamawiającego w umowie wysokich kar umownych w stosunku do Wykonawcy (bez określenia takich samych kar dla siebie) uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 Pzp, które mogą być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m. In. Wyroku Zespołu Arbitrów dnia 23 sierpnia 2007r. sygn. Akt UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny.

Ustalenie przez Zamawiającego wygórowanych kar umownych dla tylko dla Wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 K.C. w związku z art. 58 § 1 K.C.

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; w nowym brzmieniu Zamawiającemu przysługuje w ww. przypadku kara umowna w stałej kwocie 15.000,00 zł., która z pewnością nie jest karą wygórowaną zważywszy na czas trwania umowy (36 miesięcy) i szacowaną wartość całego zamówienia; Zamawiający nie ma obowiązku uwzględniania w umowie kary umownej dla samego siebie tym bardziej, że to wykonawcę obciążają świadczenia rzeczowe, których należyte spełnianie jest kluczowe z punktu widzenia interesów Zamawiającego, który jest podmiotem leczniczym; wykonawca ma zawsze prawo skorzystania w razie ewentualnego sporu z Zamawiającym z przepisów kodeksu cywilnego.

Pyt. 20 Dotyczy Pakietu 6 – wymagane są dostawy krwinek transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 st.C)

Wnioskujemy o wykreślenie w/w wymienionego wymogu.

Wymóg transportu monitorowanego w zakresie temperaturowym od +2⁰ C do + 8⁰ C jest niezgodny z zaleceniami producentów dotyczącymi transportu odczynników i krwinek. Zamawiający poprzez taki zapis, świadomie dąży do podrożenia oferty, a co za tym idzie naraża Zamawiającego, jako podmiot sektora finansów publicznych na zarzuty świadomej niegospodarności środków publicznych poprzez zawyżanie cen ofertowych nie mających żadnego wpływu na jakość oferowanych odczynników.





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Ponadto należy stwierdzić, RCKiK Katowice, który jako jedyny w Polsce, a nawet całej Unii Europejskiej wprowadził taki sposób transportu odczynników i krwinek.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Uzasadnienie: ustawa o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2010 Nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) Rozdział 3 Obowiązki importerów i dystrybutorów art.19 „Importer i dystrybutor są obowiązani zapewnić, aby w czasie gdy ponoszą odpowiedzialność za wyrób, warunki jego przechowywania i przewożenia nie wpływały ujemnie na jego zgodność z wymaganiami określonymi w ustawie”; nadto Zamawiający wskazuje, że wprowadzenie takiego wymogu mieści się w zasadzie swobody umów.

Pyt. 21 Dotyczy Pakietu 6, poz. 9 i 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie odczynników standard anty-D i standard anty-D do mikrometody w opakowaniach 5 lub 10ml?

Gwarantujemy przydatność odczynników po otwarciu do końca okresu ważności podanego przez producenta na etykiecie co nie wpłynie na jakość wykonywanych przez Zamawiającego badań. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej cenowo oferty.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapotrzebowanie na ww. odczynnik jest bardzo małe, niemniej Zamawiający musi zapewnić możliwość wykonania tego typu badania w swoim laboratorium.

Pyt. 22 dot. zapisów SIWZ rozdz. V pkt. 1 oraz wzoru umowy par. 1 ust. 1

Zgodnie z zapisami SIWZ wymagany termin wykonania zadania wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania umowy natomiast we wzorze umowy 12 miesięcy. Prosimy o stosowne wyjaśnienie.

Odp.: Zamawiający informuje, że niezgodność jest wynikiem błędu pisarskiego, prawidłowy okres trwania umowy wynosi 36 miesięcy.

Pyt. 23 dot. zapisów we wzorze umowy par 2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie uwagi, że zamówienie telefoniczne musi być potwierdzone drogą pisemną (mailem lub faxem)? Ten wymóg pozwoli na uniknięcie ewentualnych nieudomówień oraz na prawidłowe uwzględnienie ewentualnych reklamacji.

Odp.: Zamawiający wprowadził nowe wzory umów; zamówienia, zwane obecnie w umowie „zamówieniami cyklicznymi” będą składane telefaksem albo mail.

Pyt. 24 dot. zapisów we wzorze umowy par. 2 ust. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu: „koszt transportu obciążają Wykonawcę” na zapis: „koszt transportu obciążają Wykonawcę przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”. Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę podtrzymując, że koszty transportu zamówień obciążają zawsze wykonawcę.

Pyt. 25 Pakiet nr VII

Jaką ilość (w przybliżeniu) oznaczeń Na, K Zamawiający planuje wykonać w trakcie trzech lat?

Odp.: Zamawiający przewiduje wykonanie ok. 2400 elektrolitów (Na+ K) w ciągu trzech lat, przy czym nie stanowi to jego obowiązku.

Pyt. 26 Pakiet X

Prosimy o informację – jakiej firmy laboratoryjny system informatyczny funkcjonuje w Laboratorium?

Odp.: Zamawiający pracuje na aplikacji laboratorium INFOMEDICA firmy Asseco Poland S.A.

Pyt. 27 Pakiet X

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin ważności odczynników wynosił min. 6 miesięcy?

Odp.: Zamawiający wymaga, aby termin ważności odczynników wynosił min. 10 m-cy (było 12)



Pyt. 28 Pakiet X

Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie warunku wyznaczonego ISI dla PT, wartości kontrolnych dla MATERIAŁU KONTROLNEGO było potwierdzone przez producenta odczynników oświadczeniem, że wyznacza w/w parametry na aparat oferowany w użyczeniu?

Oświadczenie to jednoznacznie pozwoli określić, czy odczynniki zaoferowane przez wykonawców spełniają oczekiwania Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia potwierdzonego przez producenta odczynników, że ISI dla PT oraz wartości kontrolnych dla materiału kontrolnego są wyznaczone na oferowany aparat.

Pyt. 29 SIWZ (dotyczy pakietu nr III):

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka).

Odp.: Zamawiający informuje, że jednostką miary jest opakowanie zawierające od 50 do 1000 szt. danego wyrobu i nie wymaga się od Wykonawcy podawania ceny za 1 szt.; ponadto zgodnie z zapisem w SIWZ „W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań: Wykonawca powinien przeliczać zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę”.

Pyt. 30 Projektu umowy:

Dotyczy § 1 ust 1 oraz SIWZ rozdział V.1.

Czy Zamawiający w projekcie umowy nie popełnił omyłki i czy zgodnie z SIWZ nie powinno być: „(...) w okresie 36 miesięcy, od dnia.....do dnia....”?

Odp.: Zamawiający informuje, że niezgodność jest wynikiem błędu pisarskiego, prawidłowy okres trwania umowy wynosi 36 miesięcy.

Pyt. 31 Projektu umowy:

Dotyczy § 1 ust 2

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy wprowadzenia do wzoru umowy zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?

Odp.: Zamawiający dokonał zmian wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zapisu; celem Zamawiającego – oczywistym – jest wykonywanie umowy jednak nie jest on w stanie podać (%) przypuszczalnej wielkości niezrealizowania umowy.

Zamawiający, ze względu na specyfikę swojej działalności, nie jest w stanie zaplanować (tak jak np. w zakładzie produkcyjnym) wykonania konkretnej ilości konkretnych badań, i co za tym idzie, określić dokładnej ilości odczynników, nawet z tolerancją -20%.

Ponadto, wprowadzając we wzorze umowy zapis proponowany przez Wykonawcę, w przypadku wykonania mniejszej ilości badań Zamawiający zgodnie z warunkami umowy zobowiązany będzie do zakupu minimum 80% ilości odczynników. Po zakończeniu umów (dostawy i dzierżawy) Zamawiający posiadałby pewną ilość odczynników, których użycie ograniczone jest terminem ważności, a jednocześnie nie miałby możliwości ich wykorzystania z uwagi na brak aparatu – trudno bowiem zakładać, że następne umowy zostaną zawarte z tym samym Wykonawcą.





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zapis zawarty w § 9 nowego wzoru umowy, który przewiduje ewentualność przedłużenia czasu trwania umowy w przypadku nie zrealizowania wszystkich ilości produktów zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Pyt. 32 Projektu umowy:

Dotyczy § 2 ust 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zamówień składanych drogą telefoniczną?

Składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną.

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie 23.

Pyt. 33 Projektu umowy:

Dotyczy § 2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zapis, gdyż nie jest w stanie stwierdzić, jakie zamówienia będzie realizował – decydują o tym indywidualne potrzeby Laboratorium i oddziałów szpitalnych.

Pyt. 34 Projektu umowy:

Dotyczy § 2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z: „4 dni roboczych” do „5 dni roboczych” od dnia wpłynięcia zamówienia cząstkowego?

Prośbę motywujemy faktem, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę. Poza tym termin dostawy wynoszący 3 dni robocze jest nierealny, w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług wynajętego przewoźnika. Zamówienie, które wpływa do wykonawcy jednego dnia najwcześniej może być zarejestrowane w dniu następnym, pod warunkiem, że będzie zawierało wszystkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z warunkami umowy. Wystawienie stosownych dokumentów WZ, spakowanie towaru następuje najczęściej trzeciego dnia po otrzymaniu zamówienia. Spedytor dostarcza towar w ciągu 48 godzin (kolejne dwa dni), a zatem termin 5 dni roboczych jest terminem minimalnym na zrealizowanie zamówienia.

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zapis, to jest zachował w nowym wzorze umowy termin 4 dni roboczych gdyż jest on dyktowany indywidualnymi potrzebami Zamawiającego. W przypadku wskazania 5 dni roboczych, zamówienia poniedziałkowe mogłyby być wykonywane tak naprawdę w 7 dni kalendarzowych (sb. i nd. wyłączone, jako „nierobocze”), czego Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 35 Projektu umowy:

Dotyczy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie sformułowania: „prawidłowo”?





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Prośbę motywujemy faktem, iż zmiana tego zapisu umożliwi Wykonawcy precyzyjne określenie daty, od której płynie termin płatności.

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; Zamawiający nie widzi problemów w prawidłowym doręczeniu mu faktur – będzie to jeden z obowiązków umownych wykonawcy; dokumentowanie faktu i terminów doręczania faktur Zamawiającemu w dokumentacji firmowej wykonawcy, należy do wykonawcy, a nie do Zamawiającego.

Pyt. 36 Projektu umowy:

Dotyczy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujący termin na załatwienie reklamacji:

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru?

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 48 godzin jest trudne do wykonania.

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; patrz odpowiedź na pytanie nr 18.

Pyt. 37 Projektu umowy:

Dotyczy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości brutto wskazanej w ofercie przetargowej.”?

Naliczenie kary umownej w proponowanej przez Zamawiającego wysokości 10% łącznej wartości brutto wskazanej w ofercie przetargowej, na gruncie znowelizowanego przepisu art. 24.ust 1 pkt 1 ustawy pzp może doprowadzić do wykluczenia wykonawcy z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na okres trzech lat.

Zdaniem Wykonawcy, konsekwencje proponowanej przez Zamawiającego kary umownej są nieadekwatne w przypadku przetargu na relatywnie małą wartość. W związku z powyższym zaproponowaną przez Zamawiającego karę umowną uznać należy za niewspółmiernie wysoką, a wręcz rażąco wygórowaną.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości brutto wskazanej w ofercie przetargowej.

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; patrz odpowiedź na pytanie nr 19.

Pyt. 38 Projektu umowy:

Dotyczy § 8 ust. 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia liczonej od wartości brutto tej części towaru, którego opóźnienie dotyczy, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto



liczenie kary umownej w wysokości 2% za każdy dzień opóźnienia liczonej od wartości brutto tej części towaru, którego opóźnienie dotyczy i, jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 720%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; obecnie kwestię kar reguluje par. 8 wzoru umowy; Zamawiający wprowadził kary zastrzeżone kwotowo, liczone dziennie, co nie stanowi postanowienia niedopuszczalnego, lub sprzecznego z prawem; w razie wystąpienia konieczności obciążenia wykonawcy karą umowną, taka sama jej wysokość będzie przy opóźnieniu w wykonaniu zamówienia cyklicznego o wartości 1.000 zł., jak i o wartości 100 zł.; wprowadzony zapis mieści się zatem w ryzyku umownym obu stron..

Pyt. 39 Projektu umowy:

Dotyczy § 10

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; obecnie kwestie dot ustania umowy reguluje par. 10 wzoru umowy; wykonawca ma prawo skorzystania ze środków zawartych w Kodeksie cywilnym; Zamawiający zwracam uwagę, że jego celem jest realizacja zawartej umowy, jednak z uwagi na czas, na jaki ma ona być zawarta (36 miesięcy) jest zobligowany przewidzieć warunki, w których musi mieć prawo do jej rozwiązania z uwagi na konieczność ochrony interesu własnego skorelowanego z interesem pacjenta i prowadzonej działalności leczniczej.

Pyt. 40 Przedmiotu zamówienia w pakiecie nr III:

Pytanie 1

Ze względu na różny sposób konfekcjonowania wyrobów w różnych firmach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innych wielkości opakowań, niż te podane w formularzu cenowym?

Oczywiście wszelkie przeliczenia pozostaną zgodne z Państwa wymaganiami w formularzu cenowym lub w formularzu cenowym zostaną odpowiednio naniesione poprawki w wielkości opakowań i ilości zamawianych sztuk, w taki sposób, aby całkowita ilość sztuk była zgodna z określonym w SIWZ zapotrzebowaniem na dany produkt

Odp.: Zamawiający informuje, zgodnie z zapisem w SIWZ „W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań: Wykonawca powinien przeliczać zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę”.

Pyt. 41 Przedmiotu zamówienia w pakiecie nr III:

Pytanie 2

Czy Zamawiający, aby mieć pewność, że zaoferowany przez Wykonawców asortyment spełnia wymogi SIWZ, wprowadzi do SIWZ wymóg podania przez Wykonawców w formularzu cenowym w dodatkowej kolumnie – nr katalogowych wykonawcy (lub wytwórcy) zaoferowanego produktu?

Odp.: Zamawiający dodaje w formularzu ofertowym Pakiet III kolumny: „Producent” oraz „Nr kat.”



tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

- Pyt. 42 Przedmiotu zamówienia w pakiecie nr III:
Dotyczy pozycji 3
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści końcówki typu Medlab?
- Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
- Pyt. 43 Przedmiotu zamówienia w pakiecie nr III:
Dotyczy pozycji 4
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki z wieczkiem zdejmowanym?
Pragniemy nadmienić, iż różnica w wieczku w żaden sposób nie wpływa na cech użytkowe produktu, a w tym przypadku uniemożliwia złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.
- Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
- Pyt. 44 Przedmiotu zamówienia w pakiecie nr III:
Dotyczy pozycji 15
Pytanie 1
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek o długości 125mm?
- Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pipetek o proponowanej długości.
- Pyt. 45 Przedmiotu zamówienia w pakiecie nr III:
Dotyczy pozycji 15
Pytanie 2
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści pipetki z podziałką?
- Odp.: Zamawiający dopuszcza.
- Pyt. 46 Przedmiotu zamówienia w pakiecie nr III:
Dotyczy pozycji 22
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kamer o całkowitej pojemności celki wynoszącej ok. 14 µl?
- Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
- Pyt. 47 Przedmiotu zamówienia w pakiecie nr III:
Dotyczy pozycji nr 14, 20, 21 oraz 24
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 14, 20, 21 oraz 24 z pakietu i stworzenie nowego pakietu z tymi pozycjami?
Prośbę swa motywujemy specyficznym charakterem wymaganego asortymentu oraz na ograniczoną ilość jego producentów.
- Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
- Pyt. 48 Dotyczy Pakietu IX
Prosimy o wydłużenie terminu dostawy analizatora do 14 dni od daty podpisania umowy.
- Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.
- Pyt. 49 Dotyczy Pakietu IX
Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający filtry optyczne w zakresie od 293 do 700 nm?
- Odp.: Zamawiający dopuszcza.
- Pyt. 50 Dotyczy Pakietu IX
Czy Zamawiający zaakceptuje test TIBC, który jest uważany jako równoważny z testem UIBC?
- Odp.: Zamawiający akceptuje.
- Pyt. 51 Dotyczy Pakietu IX
Czy Zamawiający zaakceptuje test do oznaczania glukozy metodą heksokinazową?
- Odp.: Zamawiający akceptuje.
- Pyt. 52 Dotyczy Pakietu IX
Czy Zamawiający zaakceptuje odczynnik do oznaczania alkoholu posiadający 120 testów w opakowaniu, dzielony na 4 mniejsze niezależne opakowania (fleksy) po 30 oznaczeń w jednym?





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Odp.: Zamawiający akceptuje.

Pyt. 53 Dotyczy Pakietu IX

Czy podane ilości oznaczeń zawierają oznaczenia kontrolne? Jeżeli nie, proszę o podanie harmonogramu wykonywania oznaczeń kontrolnych.

Odp.: Podane ilości nie zawierają ilości oznaczeń kontrolnych. Zgodnie z zapisem w SIWZ „Wykonawca winien wyliczyć odczynniki kontrolne biorąc pod uwagę wykonywaną co drugi dzień kontrolę na dwóch poziomach. Kontrole dla badań, których ilość wynosi mniej niż 1000/ 36 miesięcy – dwa razy w tygodniu na dwóch poziomach.”

Pyt. 54 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w zał. nr 1 pakiet nr. IV w tabeli, kolumny „numer katalogowy” w celu lepszej identyfikacji produktu przy realizacji zamówienia?

Odp.: Zamawiający dodaje w formularzu ofertowym kolumnę „Nr kat.”

Pyt. 55 §10 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu w brzmieniu „Wykonawca może odstąpić od umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia przedmiotowej umowy lub w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Zamawiającego.”?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o równe traktowanie Stron umowy w związku z faktem, iż Zamawiający w §10 przewidział sam dla siebie możliwość odstąpienia od warunków jej wykonywania.

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; wykonawca ma prawo do skorzystania ze środków przewidzianych w Kodeksie cywilnym; patrz odpowiedź na pytanie nr 39.

Pyt. 56 §1 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy aparatu do 30 dni?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Siedmiodniowy termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym Wykonawca prosi jak w pytaniu.

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; Zamawiający w nowym wzorze umowy (dzierżawa) dopuszcza dostarczenie aparatu w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Pyt. 57 §1 ust. 1 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni?

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 56.

Pyt. 58 Dotyczy zał. nr 1 pakiet IV:

Czy Zamawiający dopuści umieszczenie w załączniku asortymentowo-cenowym materiałów zużywalnych związanych z prawidłową pracą analizatora takich jak uszczelki, baterie UPS i inne, których wymiana jest konieczna w związku z wymogiem producenta? Brak wymiany tych części może skutkować nieprawidłową pracą analizatora.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, gdzie określono (pkt 21) „Brak części zużywalnych podlegających okresowej wymianie lub całkowity koszt wymiany elementów zużywalnych ponosi Wykonawca.”

Pyt. 59 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego):

§1 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowne doprecyzowanie okresu obowiązywania umowy?

Uzasadnienie: Zgodnie z rozdz. V SIWZ oraz formularzem ofertowym (załącznik nr 1) okres obowiązywania umowy wynosi 3 lata. W związku z powyższym Wykonawca prosi o usunięcie rozbieżności.

Odp.: Zamawiający informuje, że niezgodność jest wynikiem błędu pisarskiego, prawidłowy okres trwania umowy wynosi 36 miesięcy.





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

- Pyt. 60 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego):
§2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie telefonicznej formy składania zamówień formą elektroniczną (e-mail)?
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację w związku z faktem, iż nie jest w stanie telefonicznie określić tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień po stronie Zamawiającego.
Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 23.
- Pyt. 61 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego):
§2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych?
Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 18.
- Pyt. 62 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego):
§3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób:
„Podstawą do zapłaty za dostarczone rzeczy będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT. Faktury VAT będą każdorazowo dostarczane wraz z realizowanym zamówieniem.”?
Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę jednak w świetle postanowień par. 3 nowego wzoru umowy nic nie stoi na przeszkodzie, by faktury były dostarczane w dniu wykonania dostawy periodycznej.
- Pyt. 63 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego):
§7 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych?
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie powyższego terminu. Podany termin może okazać się terminem zbyt krótkim do należytego wykonania umowy. Wykonawca prosi o realne oznaczenie terminu co z pewnością ułatwi stronom wykonywanie warunków kontraktu w sposób prawidłowy i zacieśni współpracę pomiędzy Stronami.
Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 34.
- Pyt. 64 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego):
§7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych?
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie powyższego terminu. Dwudniowy termin jest terminem zbyt krótkim do należytego wykonania umowy. Wykonawca prosi o realne oznaczenie terminu co z pewnością ułatwi stronom wykonywanie warunków kontraktu w sposób prawidłowy i zacieśni współpracę pomiędzy Stronami.
Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 18.
- Pyt. 65 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego):
§8 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie określonym w § 8 ust. 4 niniejszej umowy.”?
Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.
Odp.: patrz odpowiedź na pytania nr 19 i nr 38.
- Pyt. 66 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego):
§8 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1%?
Odp.: patrz odpowiedź na pytania nr 19 i 38.
- Pyt. 67 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego):
§8 ust. 2 – Jeżeli Zamawiający nie wyrażą zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1,5%?
Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 19 i 38.



- Pyt. 68 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego):
§8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób:
„W przypadku gdy rzecz nie zostanie należycie oznaczona lub dostarczona ją bez przewidzianych w umowie lub przepisach dokumentów Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie uzupełnić brakującą dokumentację, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych. Powyższe zostanie uznane za należyte wykonanie umowy.”?
- Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; patrz odpowiedź na pytanie nr 18.
- Pyt. 69 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego):
§9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści zapisu na:
„Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §9 lit. a oraz mogą być wprowadzone wyłącznie w przypadku:”?
- Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę. Warunki zmiany umowy określa wyczerpująco par. 9 wzoru umowy podstawowej.
- Pyt. 70 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego):
§9 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„zmiany cen w związku z urzędową zmianą wysokości podatku od towarów i usług. Zmiana stawki podatku VAT nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę. W razie zmiany stawki podatku VAT, po zawarciu umowy, dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.”?
- Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 69.
- Pyt. 71 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego):
§9 lit. a – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT dokona zmiany ceny brutto z zachowaniem zasady proporcjonalności?
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o odpowiedź w związku z okresem obowiązywania umowy (3 lata).
- Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 69.
- Pyt. 72 Pytania do umowy (użyczenie aparatu):
§1 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po sformułowaniu „24 godziny” słów „w dni robocze”?
- Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; nowy wzór umowy określa zasady składania tzw. zamówień cyklicznych i zasady ich wykonywania w formie tzw. dostaw periodycznych wyczerpująco. Zamawiający podkreśla jednak, że ma prawo składania zamówień cyklicznych także w dni nierobocze (święta, dni ustawowo wolne od pracy) oraz w porze nocnej.
- Pyt. 73 Pytania do umowy (użyczenie aparatu):
§1 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w sposób:
„Zmiana miejsca użytkowania aparatu może być dokonana za zgodą Wykonawcy wyrażoną na piśmie”?
- Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów, w tym poprzez zmianę typu umowy dot. używania aparatu z użyczenia na dzierżawę. W nowym wzorze umowy Zamawiający przewidział prawo zmiany miejsc używania aparatu, za zawiadomieniem wykonawcy na terenie miasta Katowice. Zmiana ta jest związana z możliwym w okresie 3 lat uruchomieniem punktów laboratoryjnych w innej lokalizacji, niż przy Sokołowskiego 2.
- Pyt. 74 Pytania do umowy (użyczenie aparatu):
§1 ust. 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w sposób:
„W przypadku dłuższych napraw, tj. powyżej 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki - do czasu usunięcia usterki Wykonawca zapewni zamawiającemu aparat zastępczy. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu aparatu zastępczego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40 zł,

za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.”?

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; ww. kwestię reguluje obecnie par. 1 ust. 11 nowego wzoru umowy (dzierżawa); kwestia posiadania przez Zamawiającego sprawnego aparatu jest bardzo ważna, z uwagi na to że bez niego nie może wykonywać umowy podstawowej a w ślad za tym prowadzić działalności mającej wpływ na działalność leczniczą.

Pyt. 75 Pytania do umowy (użyczenie aparatu):

§1 ust. 13 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w sposób:

„Zamawiający nie może bez zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie oddać w użytkowanie urządzenia osobie trzeciej.”?

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; kwestię ww. reguluje obecnie par. 1 ust. 13 nowego wzoru umowy (dzierżawa).

Pyt. 76 Pytania do umowy (użyczenie aparatu):

§2 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w sposób:

„Wykonawca gwarantuje, że w okresie obowiązywania umowy ceny netto dostawy odczynników do aparatu nie ulegną zmianie i będą zgodne z ofertą, o której mowa w ust 1.”?

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; kwestię ww. reguluje obecnie par. 2 ust. 5 nowego wzoru umowy (dzierżawa).

Pyt. 77 Prosimy o wydłużenie terminu dostawy analizatora w zakresie Pakietu IX do 14 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 56.

Pyt. 78 Prosimy o zmianę umowy użyczenia na umowę dzierżawy, oraz odpowiednią zmianę użytych w projektach umów i SIWZ odniesień do użyczenia na odniesienia do dzierżawy, lub też np. odniesień do użyczanego sprzętu na dzierżawiony sprzęt itp.

Zwracamy uwagę, że przedmiotem zamówienia publicznego nie może być użyczenie, które z natury swej jest konstrukcją prawną za które nie przysługuje wynagrodzenie (art. 710-719 KC). Tymczasem umowy o zamówienie publiczne z samej swej definicji są umowami odpłatnymi, a więc takimi, za które przysługuje obowiązkowo Wykonawcy zamówienia wynagrodzenie (art. 2 pkt 13 PZP). Co więcej, zgodnie z SIWZ przedmiotem zamówienia publicznego jest „dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i odczynników laboratoryjnych”. Zgodnie z art. 2 pkt 2 PZP, wskazana jest definicja dostawy, która nie bez powodu wymienia wyłącznie odpłatne formy nabywania praw /rzeczy/ dóbr, tj. sprzedaż, dzierżawę, leasing, najem itp.

Gdyby umowa była zawierana nie w trybie zamówień publicznych, i bez wykorzystania środków publicznych, zawarcie umowy użyczenia byłoby dopuszczalne między dwoma prywatnymi podmiotami. Aby zachować jednak zgodność z przepisami prawa – PZP – umowa dot. analizatorów nie może być umową użyczenia.

Odp.: Zmiana uwzględniona – nowe wzory umów, w tym wzór umowy dzierżawy.

Pyt. 79 Zwracamy uwagę na rozbieżność w zapisach SIWZ i projektach umów. SIWZ wskazuje – prawidłowo w pkt. I – Opis przedmiotu Zamówienia – że umowa ma dotyczyć dzierżawy aparatów (choć poniżej w odniesieniu do pakietu IX znów powtórzony jest zapis o „bezpłatnym użyczeniu”), podczas gdy sama umowa zawiera wyłącznie przepisy o bezpłatnym używaniu.

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 78

Pyt. 80 Prosimy o doprecyzowanie w zapisach projektów umów i SIWZ zapisu dotyczącego terminów wyrażonych w dniach tak aby określały one, że termin dotyczy dni roboczych, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; w nowym wzorze umowy podstawowej zdefiniowano pojęcie „dni robocze” - par. 2 ust. 1 nowego wzoru umowy.





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Pyt. 81 Prosimy o usunięcie słowa „gwarantuje” i zastąpienie go słowem „zapewnia” z zapisów projektu umowy użyczenia aparatu, które sugeruje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, podczas gdy norma wynikającą z kodeksu cywilnego jest odpowiedzialność oparta na zasadzie winy.

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów, w tym poprzez zmianę typu umowy używania aparatu z użyczenia na dzierżawę; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę gdyż zachowany zapis (par. 1 ust. 6 nowego wzoru – dzierżawa) mieści się w zasadzie swobody umów.

Pyt. 82 Prosimy o usunięcie słowa „bezpłatnego” i zastąpienie go słowami „w ramach wynagrodzenia umownego” lub odpowiednio „w ramach czynszu dzierżawnego” w zapisach projektów umów oraz SIWZ, gdyż słowo „bezpłatnego” sugeruje darowiznę i może oznaczać dla organów podatkowych obowiązek naliczenia podatku od dochodu. Wskazujemy ponadto, że jest to umowa zawierana w trybie zamówienia publicznego, a więc – zgodnie z ustawową definicją – świadczenia z założenia odpłatnego, i usługi lub dostawy nie mogą się odbywać w związku z powyższym „bezpłatnie”.

Odp.: Zamawiający wprowadził nowe wzory umów, w których uwzględnił sugestię z ww. propozycji zmiany.

Pyt. 83 Prosimy o usunięcie zdania w zakresie §1 ust. 5 projektu umowy użyczenia aparatu – „*Użyczony analizator w czasie trwania umowy jest objęty gwarancją*”

Bez względu na to czy jest to umowa użyczenia, czy też – jak wnioskujemy o zmianę – umowa dzierżawy, to nie przysługuje przy żadnej z takich umów instytucja gwarancji. Zwracamy uwagę, że gwarancję można udzielić przy sprzedaży rzeczy, a między stronami nie dochodzi tu do sprzedaży analizatora. Wykonawca nie może się więc do tego zobowiązać, bo byłoby to sprzeczne z naturą stosunku prawnego.

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umowy, w tym poprzez zmianę typu umowy dot. używania aparatu z użyczenia na dzierżawę; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; w nowym wzorze umowy (dzierżawa) utrzymano zapis dot. gwarancji (par. 1 ust. 7) co mieści się w zasadzie swobody umów.

Pyt. 84 Prosimy o modyfikację zapisów §1 ust. 11 projektu umowy użyczenia aparatu

W przypadku dłuższych napraw, tj. powyżej 72 godzin w dni robocze, od pon. do pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od chwili zgłoszenia usterki - do czasu usunięcia usterki Wykonawca zapewni zamawiającemu aparat zastępczy lub pokryje koszty wykonania badań na zewnątrz. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu aparatu zastępczego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż wartość łączna czynszu dzierżawnego przedmiotowego analizatora. Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), wynikająca z Umowy lub w związku z nią, ograniczona jest do kwoty wartości netto umowy w zakresie czynszu dzierżawnego. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez ZAMAWIAJĄCEGO swoim kontrahentem oraz inne szkody o podobnym charakterze

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; w nowym wzorze umowy (dzierżawa) aparatu Zamawiający nie uwzględniła ww. propozycji; Zamawiający podkreśla, że umowa dot. używania aparatu ma charakter niejako bazowy wobec umowy podstawowej (dostawa odczynników) zatem jeśli Zamawiający aparatu nie będzie miał z powodu jego zepsucia, awarii, uszkodzenia i nie otrzyma - wręcz niezwłocznie - aparatu zastępczego, rzutuje to na wykonywanie przez niego działalności laboratoryjnej w miejscu, a to z kolei ma wpływ na ciągłość i rzetelność prowadzenia działalności leczniczej; kwestię ww. reguluje obecnie par. 1 nowego wzoru umowy (dzierżawa)

Pyt. 85 Prosimy o dodanie do zapisów §1 ustępu 15 projektu umowy użyczenia aparatu treści:





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Zamawiający traci uprawnienia wynikające z usług serwisowych świadczonych przez Wykonawcę zgodnie z umową, w przypadku dokonania napraw, przeróbek lub modyfikacji przedmiotu dzierżawy przez osoby nieupoważnione. Zamawiający może utracić ww. uprawnienia również wówczas, jeśli Wykonawca (jego upoważniony przedstawiciel, serwisant) stwierdzi, że Zamawiający korzysta z akcesoriów innych niż zalecanych przez Wykonawcę lub korzysta z odczynników innych niż dostarczane przez Wykonawcę, co wpływa negatywnie na jakość pracy przedmiotu dzierżawy lub stan przedmiotu dzierżawy; w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu swoją decyzję niezwłocznie.

Odp.: Zamawiający dokonał zmian wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę – kwestie tego typu wystarczająco reguluje kodeks cywilny. .

Pyt. 86 Prosimy o usunięcie z §3 projektu umowy użyczenia aparatu ustępu 1 – zgodnie z uzasadnieniem jak w pytaniu nr 78.

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umowy (nowy wzór umowy – dzierżawa).

Pyt. 87 Prosimy o zmianę zapisów w zakresie §4 ust. 2 projektu umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu na następujący oraz projektu umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego na:

„Datą spełnienia świadczenia jest data uznania rachunku bankowego Wykonawcy przez bank.”

Zgodnie z przepisem art. 454 kc mając na uwadze fakt, że dług Zamawiającego jest długiem oddawczym, uprzejmie prosimy o zmianę

Odp.: Zamawiający dokonał zmian wzorów umowy; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.

Pyt. 88 Prosimy o zmianę terminu rozpatrzenia reklamacji na 5 dni roboczych, od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; patrz odpowiedź na pytanie nr 18.

Pyt. 89 Prosimy o usunięcia zapisów §10 ust. 3 w projekcie umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego oraz projekcie umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu.

Zapis nie spełnia podstawowych kryteriów umownego prawa odstąpienia tj. nie precyzyjne okoliczności które należy wskazać, które byłyby powodem odstąpienia od umowy. Zwracamy uwagę, że przy takim zapisie Zamawiający może bez jakiegokolwiek powodu, w każdym czasie odstąpić od umowy.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że obowiązek zachowania trwałości umów, wynikający chociażby z jedyne go możliwego przypadku wynikającego z PZP - srt. 145 - przewidującego odstąpienie od umowy, a także negatywne konsekwencje dla Wykonawcy jakie ustawa PZP wiąże z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; warunki ustania umowy określono w par. 10 nowego wzoru umowy; art. 395 k.c. nie nakazuje przewidzenia w umowie warunków uprawniających do odstąpienia od umowy.

Pyt. 90 Prosimy o doprecyzowanie w §3 ust. 1 projektu umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego oraz projektu umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu co jest wg Zamawiającego uznawane za „dowód dostawy” i kto taki dowód dostawy ma wystawić i kto komu ma go doręczyć.

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umowy; kwestie dostaw częściowych zostały uregulowane na nowo.

Pyt. 91 Prosimy o zmianę w zapisach projektów umów słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu.





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzór umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; Wykonawca ma zawsze prawo dowodzenia, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia nastąpiło nie z jego winy.

Pyt. 92 Prosimy o zmianę zapisów i naliczanie kar umownych od wartości netto - kary umowne nie są opodatkowane podatkiem VAT.

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 19 i 38.

Pyt. 93 Prosimy o ograniczenie wysokości kar umownych w §8 w projekcie umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego oraz projekcie umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu do kwoty łącznie nie więcej niż 10% wartości netto umowy.

Podstawą naliczenia kary powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalenie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 19 i 38.

Pyt. 94 Prosimy o uzupełnienie zapisów §8 odpowiednio: ustęp 4 projektu umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego oraz ustęp 5 projektu umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu o następujący zapis:

Powtarzające się nie wypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę tj. nieterminowe lub niezgodne z zamówieniami pod względem ilości bądź asortymentu realizacje dostaw a także inne istotne uchybienia dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych.

Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejszą (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.

Pyt. 95 Prosimy o uzupełnienie zapisów §8 odpowiednio: ustęp 6 projektu umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego oraz ustęp 8 projektu umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu o następujący zapis:

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), wynikająca z Umowy lub w związku z nią, ograniczona jest do kwoty wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji,





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez ZAMAWIAJĄCEGO swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze.

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę. .

Pyt. 96 Dotyczy §9 pkt. a) projektu umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego oraz projektu umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu.

Prosimy zmianę i doprecyzowanie:

a) zmiany cen *brutto* w związku z urzędową zmianą wysokości podatku od towarów i usług

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.

Pyt. 97 Dot.: Projekt umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu

Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.

Pyt. 98 Dot.: Projekt umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu

Par. 8 ust. 1 Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 19 i 38.

Pyt. 99 Dot.: Projekt umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu

Par. 8 ust. 2,4 i 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”?

Uzasadnienie:

„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 91.

Pyt. 100 Dot.: Projekt umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu

Par. 8 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 89.

Pyt. 101 Dot.: Projekt umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu

Par. 8 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 8 ust. 6?

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.

Pyt. 102 Dot.: Projekt umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu

Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?

Uzasadnienie:





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń. Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 8 ust.8

Odp.: patrz odpowiedź na pytania nr 19 i 38.

Pyt. 103 Dot.: Projekt umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu

Par. 8 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę. Kwestie te regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Pyt. 104 Dot.: Projekt umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu

Par. 9 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie dotychczasowego zapisu brzmieniem:

„W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.

Pyt. 105 Pakiet nr 1 – szybkie testy analityczne

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 24 oraz 25 do osobnego pakietu? Pozwoli to na udział w postępowaniu większej ilości Wykonawcom, zwiększy konkurencyjność postępowania, a dodatkowo umożliwi Zamawiającemu wyłonienie oferty realnie najkorzystniejszej oferty.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 106 Pakiet nr 1 – szybkie testy analityczne

Czy Zamawiający w pozycji 24 oraz 25 dopuści testy w opakowaniu a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań testów w formularzu cenowym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ww. testów w opakowaniach max. 25 szt.

Pyt. 107 Pakiet nr 1 – szybkie testy analityczne

Czy Zamawiający wymaga aby w pozycji 24 oraz 25 zestawy zawierały w swoim składzie 2ml koniugatu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 108 Pakiet nr 1 – szybkie testy analityczne

Czy Zamawiający w pozycji 24 wymaga testu charakteryzującego się poziomem wykrywalności toksyny A nie gorszym niż 0,7 ng/ml, a toksyny B nie gorszym niż 1,25 ng/ml?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 109 Pakiet nr 1 – szybkie testy analityczne

Czy Zamawiający w pozycji 25 wymaga testu charakteryzującego się poziomem wykrywalności antygeny GDH nie gorszym niż 0,8 ng/ml?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 110 Pakiet nr 1 – szybkie testy analityczne

Czy Zamawiający w pozycji 24 oraz 25 wymaga testu, w którym nie występuje reakcja krzyżowa ze Staphylococcus aureus (szczep Cowan)?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SIWZ w sposób określony w odpowiedziach na pytania Wykonawców.

Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SIWZ w następujący sposób:





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

1. Na stronie tytułowej SIWZ część „Ogłasza” otrzymuje brzmienie: *Szpital Murcki Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 2 40 - 749 Katowice www.szpitalmurcki.pl e-mail: zp@szpitalmurcki.pl*
2. Wprowadza się nowe wzory umów,
3. We wszystkich dokumentach przetargowych, zamiast zapisu: „bezpłatne użyczenie aparatu” (odmieniony odpowiednio) wprowadza się zapis: „dzierżawa aparatu” (odmieniony odpowiednio),
4. W formularzach ofertowych wprowadza się odpowiednie modyfikacje w związku ze zmianą określoną w pkt.2 i 3 powyżej.

W związku z wprowadzeniem w nowych wzorach umów dodatkowych zapisów Zamawiający zobowiązuje się odpowiedzieć na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ wyłącznie w zakresie dodatkowych zapisów w nowych wzorach umów. Zamawiający odpowie na wnioski, które wpłyną do Zamawiającego w terminie do dnia 11.08.2014 r. do godz.13⁰⁰.

Prezes Zarządu

mgr inż. Krzysztof Zaczek

