



tel. centrala: +48 32 255 61 62  
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63  
fax: +48 32 255 63 37  
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl  
www.szpitalmurcki.pl

Katowice, dnia 17.04.2015 r.

ZP/1295/15

Uczestnicy postępowania  
W s z y s c y

Dot.: Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzierżawą instrumentarium oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety.

W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:

- Pyt. 1 Pakiet nr V Gwoździe śródszpikowe  
Dotyczy pkt 1 *Opłata dzierżawna*  
Czy Zamawiający dopuści instrumentaria w kontenerach do sterylizacji według własnych rozwiązań konstrukcyjnych danego Wykonawcy zamiast siatki i kontenery do sterylizacji?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kontenerów do sterylizacji instrumentarium według własnych rozwiązań konstrukcyjnych Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że kontenery muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sterylizatorem STERIVAP 446-2ED.
- Pyt. 2 Pakiet nr V Gwoździe śródszpikowe  
Dotyczy pkt 2 *Implanty*  
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ puszczelowych o długości 285-405mm zamiast 280-400mm?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania gwoździ puszczelowych o proponowanej długości.
- Pyt. 3 Pakiet nr V Gwoździe śródszpikowe  
Dotyczy pkt 2 *Implanty*  
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ puszczelowych o zagięciu w części bliższej w stosunku do środkowej około 13 st. zamiast 9-10 st.?  
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
- Pyt. 4 Pakiet nr V Gwoździe śródszpikowe  
Dotyczy pkt 2 *Implanty*  
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania śrub do gwoździ puszczelowych o średnicy 4,5-5,0mm zamiast 4,0-5,5mm?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania gwoździ puszczelowych o proponowanej średnicy.
- Pyt. 5 Pakiet nr V Gwoździe śródszpikowe  
Dotyczy pkt 2 *Implanty*  
Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ typu gamma długich z tytanu/stopu tytanu zamiast ze stali nierdzewnej?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania gwoździ typu gamma długich z tytanu/stopu tytanu.
- Pyt. 6 Pakiet nr V Gwoździe śródszpikowe  
Dotyczy pkt 2 *Implanty*  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzierżawienie jednego instrumentarium obsługującego gwoździe typu gamma długie i krótkie z poz. 4 i 5 ?  
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.
- Pyt. 7 Pakiet nr V Gwoździe śródszpikowe  
Dotyczy pkt 2 *Implanty*



Zapisy dot. banku – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie, że ilości i rozmiary implantów mających znajdować się w banku zostaną ustalone pomiędzy stronami umowy zamiast po min. 2 szt. z każdego rozmiaru?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 8 Pakiet nr V Gwoździe śródszpikowe

Dotyczy pkt 2 *Implanty*

Zapisy dot. szkolenia – Czy nie nastąpiła pomyłka w zakresie szkolenia: endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna?

Odp.: Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska, prawidłowe brzmienie zapisu dotyczącego szkolenia to: „Wykonawca bezpłatnie przeszkoli personel medyczny: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki)”

Pyt. 9 dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §1 ust. 3: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15-01-2004 roku ( w sprawie o sygnaturze: V Ca 2306/03)- w którym Sąd stwierdził, że: „zapis (...) projektu umowy, z którego wynika, że dostawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej i większej ilości towaru niż określona w załączniku (...) do umowy wymaga modyfikacji” oraz, że dostawca: „Musi mieć zatem pewność, że zrealizuje w przyszłości dostawę określonej ilości towaru” a projekt umowy „winien być zmodyfikowany w taki sposób, aby dostawca stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać zamówioną ilość towaru”.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis we wzorze umowy.

Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, nie jest w stanie podać (%) przypuszczalnej wielkości niezrealizowania umowy. Przy szacowaniu wartości zamówienia Zamawiający brał pod uwagę ilość przewidywanych (również na podstawie warunków kontraktu z NFZ) zakupów implantów w trakcie trwania umowy, jednak ilości te nie są przewidywalne w 100%. Podając konkretną wielkość (%) niezrealizowania umowy Zamawiający zobowiązuje się do zakupu określonej minimalnej ilości, co w przypadku mniejszego (z różnych przyczyn) zapotrzebowania może okazać się dla Zamawiającego niekorzystne. Szpital, ze względu na specyfikę swojej działalności, nie jest w stanie zaplanować (tak jak np. w zakładzie produkcyjnym) wykonania konkretnej ilości konkretnych zabiegów, i co za tym idzie, określić dokładnej ilości implantów, nawet z tolerancją -20%.

Ponadto, wprowadzając w § 1 ust. 3 umowy zapis proponowany przez Wykonawcę, w przypadku mniejszego zużycia implantów (np. tylko jednej pozycji z pakietu) Zamawiający zgodnie z warunkami umowy zobowiązany będzie do zakupu minimum 80% ilości implantów. Po zakończeniu umowy (dostawy i dzierżawy instrumentarium) Zamawiający posiadałby pewną ilość implantów, których użycie ograniczone jest np. terminem ważności (wyrób medyczny sterylny), a jednocześnie nie miałby możliwości ich wykorzystania z uwagi na brak instrumentarium do ich zaimplantowania – trudno bowiem zakładać, że następna umowa zostanie zawarta z tym samym Wykonawcą. Należy przy tym uwzględnić, że Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych zobowiązaną do dysponowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady gospodarności i celowości.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zapis zawarty § 7 ust. 1 lit. c) wzoru umowy dostawy z komisem, który przewiduje ewentualność przedłużenia czasu trwania umowy w przypadku nie zrealizowania wszystkich ilości produktów zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Pyt. 10 dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający w §2 ust. 4 oraz ust. 8 dookreśli, iż darowizna nie nastąpi jeżeli produkty zostaną zużyte w ramach prowadzonej działalności Zamawiającego?

Powyższe zapisy nie mogą być uznane za zgodne i prawnie skuteczne z art. 888 k.c..

W przypadku zamówień składanych przez zamawiającego oraz dokonywane na podstawie umowy w tym także przez osoby które będą składały zamówienia/protokoły zużycia towarów oddanych w depozyt, Zamawiający nie może zastrzegać, iż w przypadku przekroczenia ilości zamówionego towaru, lub też złożenia zamówienia na dodatkowy towar dostawa będzie traktowana jako darowizna.

Zamawiający jest zakładem opieki zdrowotnej, gdzie może wystąpić zagrożenie życia pacjenta w przypadku niedostarczenia zamówionego przedmiotu. Zamawiający może w każdej chwili składać zamówienia u Wykonawcy zarówno na podstawie umowy jaki i zamówień. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający nie może przenosić odpowiedzialności na Wykonawcę, aby ten każdorazowo potwierdzał prawidłowość złożonych podpisów z aktualnym wpisem w KRS w przypadkach gdy zamówienie dotyczy przedmiotów ratujących życie i związanych z działalnością Zamawiającego.

Opisana konstrukcja prawna nie można traktowana jako darowizna z art. 888 k.c., tylko należy ją traktować jako możliwość bezpodstawnego wzbogacenia.

Biorąc pod uwagę powyższe należy bezwzględnie usunąć powyższe zapisy.

Odp.: Zamawiający zmienia treść zapisów ust. 4 i 8, które otrzymują brzmienie:

§ 2 ust. 4: „na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca dostarcza dodatkowe implanty (poza podmagazynem), w terminie przez Zamawiającego zakreślonym, nie krótszym niż termin stosowany przy dostawach uzupełniających do podmagazynu; wniosek o doręczenie danego implantu dodatkowego musi być podpisany ze strony Zamawiającego, dla swej ważności, przez zarząd Zamawiającego, zgodnie z zasadami jego reprezentacji wynikającymi z KRS, albo przez ustanowionego przez zarząd w formie pisemnej pełnomocnika; ww. wnioski będą przesyłane do Wykonawcy faksem na numer a\_\_\_\_\_ albo na mail \_\_\_\_\_ (skany);”

§ 2 ust. 8: „zaimplantowanie jest równoznaczne z wykonaniem dostawy przedmiotu umowy, ze skutkiem sprzedaży/zakupu implantów z Pakietu \_\_\_\_, pod warunkiem zachowania zasad zamawiania określonych umową.”

Pyt. 11 dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający usunie §3 ust. 3?

Obecnie obowiązujące przepisy nie wymagają złożenia podpisu pod fakturą. Ponadto pragniemy zauważyć, iż sama faktura jest jedynie dokumentem księgowym, natomiast zamówienie i umowa stanowi podstawę powstania zobowiązania.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis nie dotyczy „podpisów pod fakturą” lecz stanowi wyraźne zastrzeżenie ze strony Zamawiającego, że jeżeli jakkolwiek podpis pracownika Zamawiającego znajdzie się na dokumencie księgowym w jakichkolwiek okolicznościach, nie będzie on świadczył o uznaniu wiarygodności wynikającej z danej faktury. Postanowienie jest wynikiem doświadczeń handlowych Zamawiającego.

Pyt. 12 dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości naocznej oceny wadliwego towaru.

Odp.: Zamawiający zmienia zapis § 4 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku złożenia przez Zamawiającego reklamacji jakościowej strony ustalają, że Wykonawca jest zobowiązany odebrać od Zamawiającego, na koszt własny, wadliwe rzeczy i dostarczyć Zamawiającemu tę samą ilość rzeczy wolnych od wad, w terminie do 2 dni roboczych liczonych od dnia złożenia danej reklamacji jakościowej.”

Pyt. 13 dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 ust. 1:

- a. Lit. A z 50zł na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru,
- b. Lit. B z 50zł na 0,2% wartości reklamowanego towaru,
- c. Lit. C z 6000zł na 10% niezrealizowanej wartości umowy lecz nie więcej niż 6000zł?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współzycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353<sup>1</sup>k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziła do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353<sup>1</sup> k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednocześnie umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 14 dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający dookreśli, iż w przypadku zakupu interwencyjnego powiadomi Wykonawcę o planowanym zakupie interwencyjnym, oraz dochowa należytej staranności, aby cena zakupu interwencyjnego była ceną nie odbiegającą od cen rynkowych, a co za tym idzie czy zamawiający usunie zwrot „za dowolnie ustaloną cenę”?

Obecny zapis nie może zostać uznany za zgodny z ogólnymi zasadami kodeksu cywilnego oraz obowiązującymi przepisami. Określenie zakupu „za dowolnie ustaloną cenę” może być traktowany jako działanie na szkodę Wykonawcy, a co za tym idzie powyższy zapis wymaga zmiany.

Odp.: Zamawiający *zmienia zapis* § 6 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku opóźnienia Wykonawcy w uzupełnieniu podmagazynu zgodnie z umową, pomimo powiadomienia go o zużyciu (zaimplantowaniu) albo pomimo złożonej reklamacji jakościowej lub ilościowej skutkującej koniecznością dostarczenia niewadliwych rzeczy, które to opóźnienie trwa nie mniej, niż \_\_\_\_ dni licząc od wysłania druku o zużyciu albo od złożenia reklamacji, Zamawiający ma prawo do zakupu brakujących implantów we własnym zakresie od innego, dowolnie wybranego przedsiębiorcy, za cenę rynkową oraz dochodzenia od Wykonawcy naprawienia poniesionej wskutek powyższego szkody, w tym w szczególności poprzez żądanie zapłaty różnicy ceny nabycia (różnica pomiędzy ceną wskazaną w ofercie przetargowej i zapłaconą przez Zamawiającego ww. przedsiębiorcy; inaczej: umowne wykonawstwo zastępcze).

Pyt. 15 dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający doda zapis w §8 ust. 1 i ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu?

#### „UMOWA PRZECHOWANIA

zwana dalej Umową, zawarta w dniu ..... w ..... pomiędzy:

..... z siedzibą w ..... wpisanym

do.....pod numerem.....,

NIP.....,

REGON.....,

reprezentowanym przez:

1).....,

2).....,

zwanym dalej Przechowawcą

a ..... z siedzibą w ..... wpisaną do

....., pod numerem KRS: ....., NIP:

....., REGON .....,

reprezentowanym przez:

1).....,

2).....,

zwanym dalej Składającym.

#### §1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia ..... w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się \_\_\_\_\_ – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan\_\_\_\_\_

#### §2

1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.
2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

#### §3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

#### §4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

#### §5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

#### §6

1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie.
2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.
4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

#### §7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

#### §8

1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

#### §9

1. Umowa została zawarta na czas określony od ..... do .....
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

#### §10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

#### §11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd .....j, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA

Załącznik nr 2

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości

i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

- 1.
- 2.
- 3.

Data i podpis osoby przyjmującej

Załącznik nr 3

RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

1. PEŁNE DANE SZPITALA

NR KLIENTA :

2. Data zabiegu:.....

3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę )

A)

B)

4. Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!

Pieczętka i podpis”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 17 Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 18 W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 19 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek uzupełnienia podmagazynu - kara umowna w wysokości 20 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieuzupełnionego przedmiotu umowy

b) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek reklamacji złożonej na podstawie umowy – kara umowna w wysokości 20 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia 3 po dniu złożenia danej reklamacji, lecz nie więcej niż 2.000,00 zł. przy jednej reklamacji, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy objętego reklamacją

c) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo za odstąpienie od niezrealizowanej części umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – kara umowna w wysokości 6.000,00 zł.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 20 w zakresie pakietu nr 8

Czy zamawiający dopuści ostrza jednorazowe kompatybilne z posiadana konsola?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 21 Dotyczy umowy dzierżawy z instrumentarium

Czy Zamawiający w paragrafie 2 wykreśli pkt 4 ?

Odp.: Zamawiający informuje, że w par. 2 brak pkt 4.

Pyt. 22 Dotyczy umowy dzierżawy z instrumentarium

Czy zamawiający dopuści zmiany w umowie:

§ 1. Przedmiot umowy

Z:

Dostarczenie zdezynfekowanego instrumentarium nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, pod rygorem zapłaty Zamawiającemu kary umownej w kwocie 100,00 zł. za każdy dzień opóźnienia. Koszty dostarczenia instrumentarium do miejsca używania, w tym transportu i rozładunku obciążają Wykonawcę.

Na:

Dostarczenie zdezynfekowanego instrumentarium nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w kwocie 50,00 zł. za każdy dzień opóźnienia. Koszty dostarczenia instrumentarium do miejsca używania, w tym transportu i rozładunku obciążają Wykonawcę.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 23 Dotyczy umowy dzierżawy z instrumentarium

Czy zamawiający dopuści zmiany w umowie:

§ 2

Z:

Każde przekazanie (doręczenie) przez Wykonawcę implantów do podmagazynu albo poza podmagazyn (patrz pkt 4) wyżej), podlega potwierdzeniu przez uprawnionych przedstawicieli stron dokumentem odbioru (protokół);

Na:

Każde przekazanie (doręczenie) przez Wykonawcę implantów do podmagazynu podlega potwierdzeniu przez uprawnionych przedstawicieli stron dokumentem odbioru (protokół);

Odp.: Zamawiający informuje, że w umowie dzierżawy instrumentarium par. 2 posiada inne brzmienie.

Pyt. 24 Dotyczy umowy dostawy z komisem

Czy zamawiający dopuści zmianę w umowie:

§ 4

Z:

W przypadku złożenia przez Zamawiającego zasadnej reklamacji ilościowej strony ustalają, że Wykonawca ma obowiązek dostarczenia brakujących rzeczy (niedostarczonych implantów) do miejsca wskazanego w ww. reklamacji, w terminie do **2 dni roboczych** liczonych od dnia złożenia danej reklamacji ilościowej.

Na:

W przypadku złożenia przez Zamawiającego zasadnej reklamacji ilościowej strony ustalają, że Wykonawca ma obowiązek dostarczenia brakujących rzeczy (niedostarczonych implantów) do miejsca wskazanego w ww. reklamacji, w terminie do **7 dni roboczych** liczonych od dnia złożenia danej reklamacji ilościowej.



Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 25 Dotyczy umowy dostawy z komisem

Czy zamawiający dopuści zmianę w umowie:

§ 4

**Z:**

W przypadku złożenia przez Zamawiającego reklamacji jakościowej strony ustalają, że Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu tę samą ilość rzeczy wolnych od wad, w terminie do **2 dni roboczych** liczonych od dnia złożenia danej reklamacji jakościowej. W chwili wykonania danej reklamacji jakościowej przez Wykonawcę Zamawiający dokonuje zwrotu – na koszt Wykonawcy – wszystkich rzeczy wadliwych będących przedmiotem ww. reklamacji (wadliwych implantów).

**Na:**

W przypadku złożenia przez Zamawiającego reklamacji jakościowej strony ustalają, że Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu tę samą ilość rzeczy wolnych od wad, w terminie do **7 dni roboczych** liczonych od dnia złożenia danej reklamacji jakościowej. W chwili wykonania danej reklamacji jakościowej przez Wykonawcę Zamawiający dokonuje zwrotu – na koszt Wykonawcy – wszystkich rzeczy wadliwych będących przedmiotem ww. reklamacji (wadliwych implantów).

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 26 Dotyczy umowy dostawy z komisem

Czy zamawiający dopuści zmianę w umowie:

§ 6

**Z:**

Wykonawca **zapłaci** Zamawiającemu kary umowne:

1. za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek uzupełnienia podmagazynu - kara umowna w wysokości **50 zł.** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
2. za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek reklamacji złożonej na podstawie umowy – **kara umowna w wysokości 50 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia**, licząc od dnia 3 po dniu złożenia danej reklamacji, lecz nie więcej niż 2.000,00 zł. przy jednej reklamacji,
3. za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – kara umowna w wysokości **6.000,00 zł.**

**Na:**

Wykonawca **może zapłacić** Zamawiającemu kary umowne:

1. za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek uzupełnienia podmagazynu - kara umowna w wysokości **0,1% wartości niezrealizowanego zamówienia** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
2. za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek reklamacji złożonej na podstawie umowy – **kara umowna w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia**, licząc od dnia 3 po dniu złożenia danej reklamacji, lecz nie więcej niż 2.000,00 zł. przy jednej reklamacji,
3. za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – kara umowna w wysokości **10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.**

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.

Pyt. 27 Dotyczące pakietu V pkt 2 implanty, ppkt 1

Czy zamawiający dopuści zmianę treści z :

Usuwać zdania przekreślone i modyfikując treść zgodnie z propozycją

„Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy. Wymagania: długość 280-400mm (ze skokiem co 15mm). W części bliższej co najmniej 1 otwór dynamiczny (podłużny). W części dalszej co najmniej 4 otwory ustawione w co najmniej 2 płaszczyznach. Wersja kaniulowana w każdej średnicy gwoźdźcia. Profilowane zagięcie

części bliższej w stosunku do środkowej około 9-10 st. Zagięcie części dalszej w stosunku do środkowej. Spłaszczenie lub frezowanie na powierzchni gwoźdźcia w części środkowej i dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Wkręt korowy blokujący samogwintujący. Gniazdo śrubokręta sześciokątne. Średnica 4,0-5,5mm. Długość 20-60mm. Kaniulowana śruba zaślepiająca koniec bliższy pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoźdźcia w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. Opcjonalnie śruba kompresyjna do wykonania osiowego docisku śródoperacyjnego odłamów. System wykonany ze stali nierdzewnej.”

Na

„Gwóźdź śródszpikowy puszczelowy. Wymagania: długość 280-400mm (ze skokiem co 10 mm lub 20mm). W części bliższej co najmniej 1 otwór dynamiczny (podłużny). W części dalszej co najmniej 3 otwory ustawione w co najmniej 2 płaszczyznach. Wersja kaniulowana w każdej średnicy gwoźdźcia. ~~Profilowane zagięcie części bliższej w stosunku do środkowej około 9-10 st. Zagięcie części dalszej w stosunku do środkowej. Spłaszczenie lub frezowanie na powierzchni gwoźdźcia w części środkowej i dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji.~~ Wkręt korowy blokujący samogwintujący. Gniazdo śrubokręta sześciokątne. Średnica 4,0-5,0mm. Długość 20-60mm. Kaniulowana śruba zaślepiająca koniec bliższy pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoźdźcia w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. Opcjonalnie śruba kompresyjna do wykonania osiowego docisku śródoperacyjnego odłamów. System wykonany ze stali nierdzewnej.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 28 Dotyczące pakietu V pkt 2 implanty, ppkt 2

Czy zamawiający dopuścić zmianę treści z :

Usuwać zdania przekreślone i modyfikując treść zgodnie z propozycją

„Gwóźdź śródszpikowy udowy uniwersalny z możliwością implantacji jako statyczno-dynamiczno-kompresyjny, lub wsteczny z blokowaniem śrubami gąbczastymi. Wymagania: długość 300-480mm (ze skokiem co 20mm). Kształt odpowiadający przodowygięciu kości udowej. Wersja prawa/lewa. W części bliższej co najmniej 2 otwory do blokowania statyczno-dynamiczno-kompresyjnego, 2 otwory do blokowania poprzecznego śrubami gąbczastymi. W części dalszej co najmniej 3 otwory ustawione w 2 płaszczyznach, w tym 1 otwór dynamiczny. Wersja kaniulowana w każdej średnicy gwoźdźcia. Spłaszczenie lub frezowanie na powierzchni gwoźdźcia zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Wkręt korowy blokujący samogwintujący. Gwint na części lub na całej długości wkręta. Gniazdo sześciokątne. Średnica 4,5mm. Długość 20-60mm. Wkręt gąbczasty blokujący samogwintujący. Gwint na części lub całej długości wkręta. Gniazdo śrubokręta sześciokątne. Średnica 6,5mm. Długość 60-120mm. Kaniulowana śruba zaślepiająca koniec bliższy pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoźdźcia w zakresie 0-25mm stopniowane co 5mm.”

Na

„Gwóźdź śródszpikowy udowy uniwersalny ~~z możliwością implantacji jako statyczno-dynamiczno-kompresyjny, lub wsteczny~~ z blokowaniem śrubami gąbczastymi. Wymagania: długość 300-480mm (ze skokiem co 20mm). Kształt odpowiadający przodowygięciu kości udowej. Wersja prawa/lewa. W części bliższej co najmniej 2 otwory do blokowania statyczno-dynamiczno-kompresyjnego, 2 otwory do blokowania poprzecznego śrubami gąbczastymi. W części dalszej co najmniej 3 otwory ustawione w 2 płaszczyznach, w tym 1 otwór dynamiczny. Wersja kaniulowana w każdej średnicy gwoźdźcia. Spłaszczenie lub frezowanie na powierzchni gwoźdźcia zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Wkręt korowy blokujący samogwintujący. Gwint na części lub na całej długości wkręta. Gniazdo sześciokątne. Średnica 5,0 mm. długość 20-60mm. Wkręt gąbczasty blokujący samogwintujący. Gwint na części lub całej długości wkręta. Gniazdo śrubokręta sześciokątne. Średnica 6,5mm. Długość 60-120mm. ~~Kaniulowana~~ śruba zaślepiająca koniec bliższy pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoźdźcia w zakresie 0-25mm stopniowane co 5mm.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 29 Dotyczące pakietu V pkt 2 implanty, ppkt 3

Czy zamawiający dopuścić zmianę treści z :

Usuwać zdania przekreślone i modyfikując treść zgodnie z propozycją

„Gwóźdź śródszpikowy ramienny. Wymagania: Długość 200-320mm. W części bliższej co najmniej 3 otwory. W części dalszej co najmniej 3 otwory ustawione w 2 płaszczyznach, otwór dystalny w odległości nie większej niż 5mm od końca gwoźdź. ~~Możliwość stosowania śrub blokujących zamiennie współpracujących.~~ Wersja kaniulowana w każdej średnicy gwoźdź. Profilowane zagięcie części bliższej w stosunku do środkowej w przedziale 5-6 st. Spłaszczenie lub frezowanie na powierzchni gwoźdź w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Wkręt korowy blokujący samogwintujący. Gniazdo śrubokręta sześciokątne. Średnica 3,5-5,0mm. Długość 20-60mm. Śruba zaślepiająca koniec bliższy pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoźdź w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej.”

Na

„Gwóźdź śródszpikowy ramienny. Wymagania: Długość 200-320mm. W części bliższej co najmniej 3 otwory. W części dalszej co najmniej 3 otwory ustawione w 2 płaszczyznach, otwór dystalny w odległości nie większej niż 7mm od końca gwoźdź. ~~Możliwość stosowania śrub blokujących zamiennie współpracujących.~~ Wersja kaniulowana w każdej średnicy gwoźdź. Profilowane zagięcie części bliższej w stosunku do środkowej w przedziale 5-6 st. ~~Spłaszczenie lub frezowanie na powierzchni gwoźdź w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji.~~ Wkręt korowy blokujący samogwintujący. Gniazdo śrubokręta sześciokątne. Średnica 3,5-4,5 mm. Długość 20-60mm. Śruba zaślepiająca koniec bliższy pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoźdź w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 30 Dotyczące pakietu V pkt 2 implanty, ppkt 4

Czy zamawiający dopuścić zmianę treści z :

Usuwać zdania przekreślone i modyfikując treść zgodnie z propozycją

„Gwóźdź śródszpikowy krótki do złamań złożonych bliższego końca kości udowej - gamma. Wymagania: Długość  $\geq 200$ mm. Kształt uwzględniający sposób wprowadzania - odgięcie ok. 6 st. Wersja uniwersalna - prawa/lewa. W części bliższej 1 otwór dla śruby szyjkowej średnicy 11mm oraz 1 otwór dla łącznika derotacyjnego. Ustalony kąt pomiędzy śrubą zespalającą a osią gwoźdź - wersja 125 st., 130 st. oraz 135 st. W części dalszej co najmniej 2 otwory dla śrub blokujących w tym 1 otwór dynamiczny. Wersja kaniulowana w każdej średnicy gwoźdź. Śruba szyjkowa samogwintująca. Gwint na sześci długości śruby. Średnica 11mm. Długość 70-120mm. Łącznik derotacyjny. Gwint na części długości wkręta. Średnica 6,5mm. Długość 70-120mm. Wkręt korowy blokujący samogwintujący. Gwint na całej długości wkręta. Gniazdo śrubokręta sześciokątne. Średnica 4,5-5,0mm. Długość 20-45mm. Kaniulowana śruba zaślepiająca koniec bliższy gwoźdź. Opcjonalnie śruba kompresyjna blokująca położenie śruby szyjkowej. Śruba zaślepiająca śrubę szyjkową. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.”

Na

„Gwóźdź śródszpikowy krótki do złamań złożonych bliższego końca kości udowej - gamma. Wymagania: Długość  $\geq 200$ mm. Kształt uwzględniający sposób wprowadzania - odgięcie ok. 6 st. Wersja uniwersalna - prawa/lewa. W części bliższej 1 otwór dla śruby szyjkowej średnicy 11mm oraz 1 otwór dla łącznika derotacyjnego. Ustalony kąt pomiędzy śrubą zespalającą a osią gwoźdź - wersja 125 st., 130 st. oraz 135 st. W części dalszej co najmniej 2 otwory dla śrub blokujących w tym 1 otwór dynamiczny. Wersja kaniulowana w każdej średnicy gwoźdź. Śruba szyjkowa samogwintująca. Gwint na części długości śruby. Średnica 11mm. Długość 70-120mm. Łącznik derotacyjny. Gwint na części długości wkręta. Średnica 6,5mm. Długość 70-120mm. Wkręt korowy blokujący samogwintujący. Gwint na całej długości wkręta. Gniazdo śrubokręta sześciokątne. Średnica 4,5-5,0mm. Długość 20-45mm. ~~Kaniulowana~~ śruba

zaślepiająca koniec bliższy gwoździa. Opcjonalnie śruba kompresyjna blokująca położenie śruby szyjkowej. Śruba zaślepiająca śrubę szyjkową. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pyt. 31 Dotyczące pakietu V pkt 2 implanty, ppkt 5

Czy zamawiający dopuścić zmianę treści z :

Usuwać zdania przekreślone i modyfikując treść zgodnie z propozycją

„Gwóźdź śródszpikowy długi do złamań złożonych bliższego końca kości udowej - gamma. Wymagania: Długość  $\geq 300$ mm. Kształt uwzględniający sposób wprowadzania - odgięcie ok. 6 st. oraz przodowygięcie kości udowej. Wersja prawa/lewa. W części bliższej 1 otwór dla śruby szyjkowej oraz 1 otwór dla łącznika derotacyjnego. Ustalony kąt pomiędzy śrubą zespalającą a osią gwoździa - wersja 125 st., 130 st. oraz 135 st. W części dalszej co najmniej 2 otwory dla śrub blokujących w tym 1 otwór dynamiczny. Wersja kaniulowana w każdej średnicy gwoździa. Śruba szyjkowa samogwintująca. Gwint na sześci długości śruby. Średnica 11mm. Długość 70-120mm. Łącznik derotacyjny. Gwint na części długości wkreta. Średnica 6,5mm. Długość 70-120mm. Wkręt korowy blokujący samogwintujący. Gwint na całej długości wkreta. Gnazdo śrubokreta sześciokątne. Średnica 4,5-5,0mm. Długość 20-45mm. Kaniulowana śruba zaślepiająca koniec bliższy gwoździa. Opcjonalnie śruba kompresyjna blokująca położenie śruby zespalającej. Śruba zaślepiająca śrubę zespalającą.”

Na

„Gwóźdź śródszpikowy długi do złamań złożonych bliższego końca kości udowej - gamma. Wymagania: Długość  $\geq 300$ mm. Kształt uwzględniający sposób wprowadzania - odgięcie ok. 6 st. oraz przodowygięcie kości udowej. Wersja prawa/lewa. W części bliższej 1 otwór dla śruby szyjkowej oraz 1 otwór dla łącznika derotacyjnego. Ustalony kąt pomiędzy śrubą zespalającą a osią gwoździa - wersja 125 st., 130 st. oraz 135 st. W części dalszej co najmniej 2 otwory dla śrub blokujących w tym 1 otwór dynamiczny. Wersja kaniulowana w każdej średnicy gwoździa. Śruba szyjkowa samogwintująca. Gwint na części długości śruby. Średnica 11mm. Długość 70-120mm. Łącznik derotacyjny. Gwint na części długości wkreta. Średnica 6,5mm. Długość 70-120mm. Wkręt korowy blokujący samogwintujący. Gwint na całej długości wkreta. Gnazdo śrubokreta sześciokątne. Średnica 4,5-5,0mm. Długość 20-45mm. ~~Kaniulowana~~ śruba zaślepiająca koniec bliższy gwoździa. Opcjonalnie śruba kompresyjna blokująca położenie śruby zespalającej. Śruba zaślepiająca śrubę zespalającą.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pyt. 32 Czy Zamawiający w **Pakiecie III poz. 1** dopuści możliwość zaferowania stalowej płytki blokowanej rekonstrukcyjnej 12,0x2,5 mm zamiast 9,0x2,2x2mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pyt. 33 Czy Zamawiający w **Pakiecie III poz. 2** dopuści możliwość zaferowania stalowej płytki blokowanej rekonstrukcyjnej 10,0x3,5 mm zamiast 10,0x2,6 mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pyt. 34 Czy Zamawiający w **Pakiecie V poz. 1** dopuści możliwość zaferowania gwoździa puszczelowego z profilowanym zagięciem części bliższej w stosunku do części dalszej w przedziale 9-10 °. 2° zagięcie części dalszej gwoździa. Gwóźdź ryglowany wkrętami  $\emptyset$  4,5mm i 5,0 mm. Pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pyt. 35 Czy Zamawiający w **Pakiecie V poz. 3** dopuści możliwość zaferowania gwoździa posiadającego w części bliższej 2 otwory ustawione w jednej płaszczyźnie?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pyt. 36 Czy Zamawiający w **Pakiecie V poz. 3** dopuści możliwość zaferowania gwoździa o profilowanym zagięciu 7 st.?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pyt. 37 Czy Zamawiający w **Pakiecie V poz. 3** dopuści możliwość zaferowania gwoździa blokowanego wkretami o średnicy 3,5 i 4,5 mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pyt. 38 Czy Zamawiający w **Pakiecie V poz. 4 i 5** dopuści możliwość zaferowania gwoździa blokowanego wkretami o średnicy 4,5 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania proponowanego gwoździa.

Pyt. 39 do pakietu VII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości produktów w komisie do 5 szt. każdego z oferowanych produktów na okres trwania umowy?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Pyt. 40 do pakietu nr XIII:

Czy Zamawiający dopuści produkt zgodny z parametrami SIWZ, bez konieczności użyczenia przez Wykonawcę napędu wraz z niezbędnym osprzętem do przeprowadzenia zabiegu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Pyt. 41 Pakiet VIII – Ostrza do artroskopii

Punkt nr 2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, do jakiego urządzenia przeznaczona jest elektroda bipolarna wielorazowa do artroskopii dł. 115mm?

Odp.: Zamawiający informuje, że elektroda bipolarna wielorazowa jest przeznaczona do aparatu do elektrokoagulacji Emed. ES 350.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SIWZ w sposób określony w odpowiedziach na pytania Wykonawców.

Równocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia SIWZ w następujący sposób:

1. w związku z omyłką pisarską w Pakiecie XIII, zapis dotyczący szkolenia otrzymuje brzmienie: „Wykonawca bezpłatnie przeszkoli personel medyczny: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki)”

Z poważaniem

Prezes Zarządu

mgr inż. Krzysztof Zaczek