



tel. centrala: +48 32 255 61 62  
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63  
fax: +48 32 255 63 37  
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl  
www.szpitalmurcki.pl

Katowice, dnia 16.12.2014 r.

ZP/4230/14

Uczestnicy postępowania  
W s z y s c y

Dot.: Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych w rozbiciu na pakiety.

W związku niezamierzonym pominięciem wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, otrzymanych w terminie przewidzianym na ich składanie, Zamawiający odpowiada:

Pyt. 1 W pakiecie II: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie zaoferowania wszystkich wymienionych poniżej produktów równoważnie dla obecnego opisu przedmiotu zamówienia:

w pozycji 1 siatki przepuklinowej, wykonanej z nici monofilamentowej, o wadze 75g/m<sup>2</sup>, wielkość największego pora 1,7mm, grubość siatki 0,4mm, o wymiarach 30x30cm, siatka nadająca się do laparoskopowych metod implantacji.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pyt. 2 W pakiecie II: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie zaoferowania wszystkich wymienionych poniżej produktów równoważnie dla obecnego opisu przedmiotu zamówienia:

w pozycji 1 i 2 siatki przepuklinowej, wykonanej z nici monofilamentowej, o wadze 75g/m<sup>2</sup>, wielkość największego pora 1,7mm, grubość siatki 0,4mm, o wymiarach 15x15cm, siatka nadająca się do laparoskopowych metod implantacji

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 3 W pakiecie II: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie zaoferowania wszystkich wymienionych poniżej produktów równoważnie dla obecnego opisu przedmiotu zamówienia:

w pozycji 3 lekkiej siatki przepuklinowej, wykonanej z nici monofilamentowej, o wadze 38g/m<sup>2</sup>, wielkość największego pora 1,5mm, grubość siatki 0,4mm, o wymiarach 15x15cm, siatka nadająca się do laparoskopowych metod implantacji.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 4 W pakiecie II: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie zaoferowania wszystkich wymienionych poniżej produktów równoważnie dla obecnego opisu przedmiotu zamówienia:

w pozycji 3 i 4 lekkiej siatki przepuklinowej, wykonanej z nici monofilamentowej, o wadze 38g/m<sup>2</sup>, wielkość największego pora 1,5mm, grubość siatki 0,4mm, o wymiarach 6x11cm, siatka nadająca się do laparoskopowych metod implantacji.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 22.12.2014r. godz. 10<sup>00</sup>. Ostateczny termin składania wadium: 22.12.2014r. godz. 10<sup>00</sup>, dokument, o którym mowa w Rozdz. XII pkt 3 SIWZ nie może być sporządzony później niż do dnia 22.12.2014r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2014r. o godz. 11<sup>00</sup>.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

mgr inż. Krzysztof Zaczek

**Szpital Murcki Sp. z o.o.**  
ul. Sokółowskiego 2  
40 - 749 Katowice

RPWDL Woj. Śląskiego: 13544  
Kod świadczeniodawcy NFZ: 121/100685  
NIP: 9542745563  
REGON: 276402233

KRS: 0000482155  
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy  
Kapitał zakładowy: 16 937 000,00 zł.  
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna: 14 1560 0013 2217 6960 9000 0002

